

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

V Brně dne 2. 7. 2013

Veřejná zakázka – Modernizace přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra FN Brno

Vážený,

zadavatel obdržel dne 26. 6. 2013 dotazy týkající se veřejné zakázky „Modernizace přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra FN Brno“, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Pro část 11 – Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetření s kontrastní látkou.

V technické specifikaci je uvedeno, že zadavatel požaduje 20“ LCD monitor.

Bude zadavatel tolerovat 19“ monitor?

Odpověď:

Ano, v úvodním odstavci čl. III. Zadávací dokumentace, je uvedeno, že od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití. Zadavatel tedy v tomto případě toleruje monitor o velikosti 18“ – 22“.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, právnická OPV, tel.: 532 233 743, petra.radousova@fnbrno.cz