

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V zadávací dokumentaci k části 03. Plicní ventilátory, část a) se uvádí parametr: **“připojení na stlačený kyslík nebo nízkotlaký kyslík z průtokoměru, vlastní turbína s průtokem alespoň 180 l/min”**. Bude zadavatel akceptovat nabídku ventilátoru s přídatným kompresorem (který je součástí vozíku k přístroji) a který zcela nahrazuje funkci turbíny a tak splňuje požadovaný medicínský účel tohoto požadovaného parametru?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na požadavku na vlastní turbínu.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci k části 03. Plicní ventilátory, část a) se uvádí požadavek **na vestavěnou nebulizaci pro podávání léků**. Bude zadavatel akceptovat nabídku externího lékového nebulizátoru, jako součást dodávky plicního ventilátoru? Domníváme se, že v tomto případě bude zcela zachován stejný medicínský přínos pro pacienta.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na požadavku na vestavěnou nebulizaci pro podávání léků.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci k části 03. Plicní ventilátory, část a) je uveden požadavek **na ovládání a alarmy v češtině**. Bude zadavatel akceptovat ovládání a alarmy v anglickém jazyce? Ovládání našeho ventilátoru je velice intuitivní, ve většině případů jsou na obrazovce zobrazeny symboly a mezinárodně uznávané zkratky pro ventilační režimy a jejich nastavení.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na požadavku na ovládání v českém jazyce.