

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v rámci vymezení technických požadavků uvádíte pro Část č. 10 – TRANSKRANIÁLNÍ ULTRAZVUKY – 2 ks (1 ks pro Neurologickou kliniku a 1 ks pro Neurochirurgickou kliniku) požadavek:

- speciální software pro detekci a diferenciaci embolů (analýza HITS)

Má na mysli zadavatel pouze rozlišení embolů od artefaktů nebo i diferenciaci pevných od plynných embolů ?

Odpověď:

Zadavatel má na mysli odlišení embolů od artefaktů.