

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Endoskop velký

Zadavatel požaduje:

- operační pouzdro o průměru do 7 mm, délky do 200 mm umožňující bimanuální výkony
- 1 hlavní pracovní kanál min. průměr 2,2 mm
- 2 další kanály (použitelné pro sání/irigaci, případně další nástroj) min. průměr 1 mm
- endoskop přímý
- endoskop laterální min. 30 st.

Je možné a bude zadavatel akceptovat a plnohodnotně hodnotit nabídku neurochirurgického endoskopu, pokud výrobce nabízí jinak řešený systém operačního endoskopu pro dospělé - kompaktní endoskop se třemi kanály pro použití 2 instrumentů současně. Celkový průměr 6.1 mm, úhel pohledu 6° (lepší kontrola zaváděného instrumentu), pracovní kanál o průměru 2.9 mm, irigační a odsávací kanál o průměrech 1.6 mm, pracovní délka 18 cm. Operační rotační trokár pro výše uvedenou optiku s vnějším průměrem 6.8 mm, pracovní délkou 14 cm, odstupňovaný. Dále endoskop laterální 30° s operačním oválným pouzdem (výška 4 mm, šířka 7 mm), pracovní délka 14 cm, s tupým obturátorem, 2 pracovní kanály pro instrument velikosti 2.5 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat uvedený přístroj.

Dotaz:

Endoskop malý

Zadavatel požaduje:

- operační pouzdro o průměru do 4,5 mm umožňující provedení ventrikulostomie
- 1 pracovní kanál min. průměr 1 mm
- endoskop přímý

Je možné a bude zadavatel akceptovat a plnohodnotně hodnotit nabídku neurochirurgického endoskopu, pokud výrobce nabízí jinak řešený systém operačního endoskopu – kompaktní neuroendoskop s operačním pouzdem požadovaných parametrů dle specifikace zadavatele, disponující 3 pracovními kanály?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat uvedený přístroj.