

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Prosím o upřesnění počtu kusů:

Dle dlouholetých zkušeností se uvažovaný celek skládá ze dvou samostatných kusů propojených synchronizačním (trigger) kabelem a to: A/ EMG/EP přístroj + B/ Magnetický stimulátor (monofázická stimulace + 2 cívky) tedy ze dvou kusů:

V zadání se jedná o dodávku:

- 1/ 1ks EMG/EP 8mi kanál. + 1ks magnetický stimulátor (+ dvě cívky)
- 2/ 2ks EMG/EP 8mi kanál. + 1ks magnetický stimulátor (+ dvě cívky)
- 3/ 2ks EMG/EP 8mi kanál + 2ks magnetický stimulátor (+ dvě cívky)

Prosím, která z těchto variant je zamýšlená.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že požadovaný počet přístrojů jsou 2 ks, jedná se o variantu 3/ 2ks EMG/EP 8mi kanál + 2ks magnetický stimulátor (+ dvě cívky).