

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Dovolujeme si požádat o dodatečné informace, týkající se části č. 19 - VYSOKOFREKVENČNÍ KOAGULACE VČ REŽIMU PRO KOAGULACI VELKÝCH CÉV - 1 ks pro Neurochirurgickou kliniku
Prosíme tedy:

1. o bližší specifikaci standardního příslušenství pro monopórní řez a koagulaci.
2. o bližší specifikaci standardního příslušenství pro bipórní koagulaci.
3. o bližší specifikaci "nenapalovacích" bipórních pinzet.
4. o bližší specifikaci instrumentů pro vysokoproudou koagulaci pro laparoskopickou i otevřenou operativu.

Odpověď:

1. resterilizovatelný kabel, opakovaně použitelný ,(resterilizovatelný) ruční držák s tlačítky na koagulaci a řez, min.1 elektroda pro řez a 1 pro koagulaci, nožní spínač pro koagulaci a řez(dvoupedál), resterilizovatelný kabel pro připojení laparoskopických nástrojů,
2. resterilizovatelný kabel, opakovaně použitelná (resterilizovatelná) bipórní pinzeta, nožní spínač pro bipórní koagulaci, resterilizovatelný kabel pro připojení bipórních laparoskopických nástrojů
3. bipórní pinzety, jejichž kontaktní plošky jsou opatřeny takovým povrchem, který zabraňuje "přilepení/přiškvaření " koagulované tkáně
4. instrumenty(nástroje) , které slouží k vysokoproudé koagulaci velkých cév (převážně bipórní " kleště" s dostatečnou silou přitlaku a velikostí (plochou) kontaktních ploch -viz koagulace velkých cév do "7" mm.

Jedná se o standardně dodávaná příslušenství, která ale musí splňovat vysokofrekvenční koagulaci při rychlé operativě v mozkové tkáni, obalech mozku a bazi lebeční. Jednotliví výrobci mohou mít různá vyhovující standardně dodávaná příslušenství.