

Naše zn.: 2019/ 93673 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 6. 2019

Veřejná zakázka Imunohematologická diagnostika

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 6. 2019 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

V části II. Předmět a účel veřejné zakázky jsou v odstavci Specifikace zboží a předpokládaná spotřeba uvedeny údaje představující pomůcku pro stanovení nabídkové ceny. V případě vyšetřovaných parametrů: přímý antiglobulinový test a titrační stanovení antierytrocytárních protilátek není bez dalšího upřesnění parametrů možné přesně stanovit nabízenou cenu.

Žádáme proto zadavatele o upřesnění těchto parametrů:

Bod 6. přímý antiglobulinový test s polyspecifickými i monospecifickými AGH séry (alespoň anti-IgG, anti-C3d) - 3 000 vyšetření ročně

- **počet vyšetření přímého antiglobulinového testu s polyspecifickými AGH séry**
- **počet vyšetření přímého antiglobulinového testu s monospecifickými AGH séry**

Bod 9. titrační stanovení antierytrocytárních protilátek v testu enzymovém a nepřímém antiglobulinovém - 1 500 vyšetření ročně

- **prosíme o uvedení nejvyšší hodnoty ředění séra/plazmy. Tato hodnota ředění séra/plazmy, pak bude použita u všech 1500 vyšetření v prostředí enzymovém i NAT.**

Odpověď:

Zadavatel uvádí požadované upřesnění parametrů:

počet vyšetření přímého antiglobulinového testu s **polyspecifickými AGH séry:** **2600**
počet vyšetření přímého antiglobulinového testu s **monospecifickými AGH séry:** **400**

nejvyšší hodnota ředění séra/plazmy: **1:1000**

Dotaz č. 2:

Součástí plnění je bezúplatná výpůjčka plně automatizovaného vysokokapacitního imunohematologického analyzátoru s příslušenstvím včetně záložního zařízení v podobě středněkapacitního imunohematologického analyzátoru s příslušenstvím a zajištění jejich servisu.

Velkokapacitní analyzátor je v zadávací dokumentaci specifikován minimálním počtem 80 vzorků na palubě analyzátoru.

Dodavatel navrhuje plnění v podobě bezúplatné výpůjčky dvou plně automatizovaných analyzátorů, každého s kapacitou 50 vzorků na palubě. Nabízené řešení bude kapacitně odpovídat uvedeným počtům vyšetření a zaručí úplnou zastupitelnost analyzátorů. Nabídka identických analyzátorů umožňuje využití stejných provozních roztoků na obou přístrojích a identické ovládací prvky výrazně zjednoduší obsluhu analyzátoru pracovníkům laboratoře.

Znění dotazu:

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené řešení nabízené dodavatelem?

Odpověď:

FN Brno disponuje druhou největší krevní bankou v České republice, která zajišťuje předtransfuzní vyšetření pro největší hematologickou kliniku a největší traumacentrum v ČR, přičemž počet vyšetření kontinuálně roste. Poptávaný systém tedy musí nejen zajistit plynulý provoz při stávajícím počtu vyšetření, ale představovat i určitou rezervu do budoucna. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na svém požadavku na zápůjčku imunohematologických analyzátorů tak, jak je definováno v zadávací dokumentaci. Minimálně jeden z přístrojů musí splňovat požadavky na vysokokapacitní imunohematologický analyzátor, u záložního přístroje je dostačující střední kapacita. Pokud má dodavatel pro oba přístroje odlišná diagnostika a nenaplnil by podmínky zadávací dokumentace, zadavatel doporučuje účastnit se soutěže se dvěma vysokokapacitními analyzátory. Taková nabídka bude plně v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno