

Naše zn.: 2019/110327/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 7. 2019

Veřejná zakázka – Speciální rukavice

Vážený, zadavatel obdržel dne 22. 7. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Speciální rukavice, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.:

Část 3: Rukavice chirurgické operační pro mikrochirurgii

Část 4: Rukavice chirurgické operační bez obsahu latexu

Zadavatel požaduje dle ZD splnění normy EN388. Tato norma se týká ochranných rukavic proti mechanickým rizikům.

Operační rukavice na mechanická rizika podle normy EN388 byly testovány, ale s nulovým výsledkem, protože jsou primárně určeny pro ochranu proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům. Nevyhovují tedy normě EN388 ve smyslu požadavku na splnění třídy 1 nebo vyšší v žádné z vlastností uvedených v této normě. Tomu odpovídají požadavky na splnění norem EN374 a EN455.

Protože vycházíme z normy EN420 (ochranné rukavice – všeobecné požadavky a metody zkoušení). Domníváme se, že takto nastavenými Zadávacími Podmínkami /dále ZP/ nelze podat nabídku.

Dotaz:

Může Zadavatel přehodnotit a upustit od požadavku na splnění normy EN 388 (část 3 a část 4)?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požadavek na uvedenou normu EN388 bude ze zadávací dokumentace úplně odstraněn. Z tohoto důvodu bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno