

Naše zn.: 2019/114036/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 31. 7. 2019

Veřejná zakázka – Anesteziologické přístroje II.

Vážení, zadavatel obdržel dne 30. 7. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Anesteziologické přístroje II., ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.:

Zadavatel požaduje: Rozsah nastavení flow čerstvé směsi min. od 0,2 do 15 l/min. Uchazeč nabízí: Rozsah nastavení flow čerstvé směsi min. od 0,3 do 20 l/min a při režimu řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O₂ a et koncentrace aplikovaného anestetika rozsah nastavení 0,1 do 2 l/min. Připouští zadavatel toto řešení, pokud to nemá vliv na medicínský účel?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že bude akceptovat řešení, které účastník nabízí. Z tohoto důvodu bude lhůta pro podání nabídek prodloužena o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno