

Naše zn.: 2019/ 116553 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 8. 2019

Veřejná zakázka Anesteziologické přístroje II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. 8. a 5. 8. 2019 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje: dokovací stanice vč. multiparametrického transportního monitoru / modulu: vel. dotykové obrazovky min. 5,8“

Uchazeč nabízí: velikost dotykové obrazovky 5,7“

Připouští zadavatel toto řešení, pokud to nemá vliv na medicínský účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabídku obsahující modul s displejem uvedeného rozměru.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v ZD v části VI. Technické podmínky: Zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a úroveň jeho naplnění.

Zadavatel tímto nepřímo vyzývá a požaduje podání nabídky jen s el. odpařovačem, jako uchazeč se domníváme, že tato položka je svým způsobem diskriminační a omezuje účast na jednotlivce.

Uchazeč nabízí alternativní způsob zobrazení a to odečtem úrovně naplnění přímo na odpařovači, kde je uveden jak název, tak i množství naplnění.

Typ odpařovače (anestetikum) je zobrazen automaticky na displeji ventilátoru, jako měřená hodnota anestetika. Uchazeč se domnívá, že žádným způsobem není negativně ovlivněn medicínský účel zdravotnického prostředku.

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku týkajícím se zobrazení a záznamu typu a nastavení odpařovače zejména vzhledem k blížící se povinnosti vedení elektronického záznamu anestezie.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v ZD v části VI. Technické podmínky: Dokovací stanice vč. multiparametrického transportního monitoru/modulu: vel. dotykové obrazovky min. 5,8" s možností rotace o 180°, o hmotnosti max. 1,5 kg, provoz na baterii min. 3,5 hodiny.

Uchazeč nabízí transportní monitor velikosti 5,5" což je o 0,3" méně. Převedeno na cm to znamená, že uchazeč nabízí velikost 13,97 cm a požadováno je 14,732 cm to znamená rozdíl 0,762cm. Uchazeč se domnívá, že nabízená hodnota a její rozdíl je zanedbatelný a žádným způsobem negativně neovlivní medicínský účel zdravotnického prostředku.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku obsahující modul s displejem uvedeného rozměru.

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro předložení nabídek **do 9. září 2019 do 9.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno