

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V technické specifikaci části č. 5 – INFUZNÍ TECHNIKA a), b), c) požadujete pro lineární dávkovač okluzní tlak max. 150 kPa a pro infuzní pumpu volumetrickou okluzní tlak max. 350 kPa. Převodem těchto jednotek na jednotky běžně používané v infuzní technice (mmHg) tedy požadujete pro lineární dávkovač okluzní tlak max. 1 225 mmHg a pro infuzní pumpu volumetrickou okluzní tlak max. 2 625 mmHg. Požadavek na takto vysoký okluzní tlak v infuzních přístrojích je klinicky neopodstatněný a nedává smysl. Požadovaný okluzní tlak by mohl vést k poškození zdraví pacienta. V současné době je kladen důraz na bezpečnost podání farmak přístroji zajištěním alarmů při detekované nastavené hladině okluzního tlaku.

Dodavatel nabízí lineární dávkovače s max. okluzním tlakem 900 mmHg a infuzní pumpy s max. okluzním tlakem 750mmHg, což zaručuje klinickou bezpečnost podávání léčiv, a tyto parametry jsou obvykle požadovány. Režimy tlaku jsou k dispozici dva: režim variabilní a režim 3 přednastavených úrovní. Možné je také využívat DPS – Systému dynamického tlaku, který varuje před odchylkami tlaku a je dalším bezpečnostním prvkem zařízení.

Dotaz: Bude zadavatel trvat na svém požadavku max. okluzních tlaků lineárních dávkovačů a infuzních pump, které je klinicky neopodstatněné, nebo bude akceptovat dodavatelem nabízené lineární dávkovače s max. okluzním tlakem 900 mmHg a infuzní pumpy s max. okluzním tlakem 750mmHg?

Odpověď:

Parametr zadání byl vyhlášen jako maximální přípustný (okluzní tlak). Ano, budeme akceptovat nabídku přístrojů s nižším maximálním okluzním tlakem.

Dotaz:

V technické specifikaci části č. 5 – INFUZNÍ TECHNIKA a), b), c) požadujete pro infuzní pumpu volumetrickou technický parametr bez bližšího vysvětlení: infuzní set – běžný infuzní set (PT).

Dotaz: Co myslí zadavatel přesně termínem běžný infuzní set (PT)?

Odpověď:

Běžným infuzním setem zadavatel myslí set určený pro infuzní techniku bez silikonové části.