

Naše zn.: 2019/121519/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 8. 2019

Veřejná zakázka – Spotřební materiál s výpůjčkou ASK věže pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Vážený, zadavatel obdržel dne 12. 8. 2019 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Spotřební materiál s výpůjčkou ASK věže pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.:

- řádek č. 3 – hadicový set

Prosíme o informaci, proč je uveden rozměr hadice, když má každý výrobce svůj typ?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že účastník může použít i jiný rozměr dle výrobce, ale je nutné, aby byla zachována kompatibilita pumpa, hadicový set od jednoho výrobce.

Dotaz č. 2:

- řádek č. 8 – neutrální elektrody

v ZD je uveden požadavek na odběr neutrálních elektrod. Vzhledem k tomu, že požadujete bipolární ASK pálení, u kterého tyto elektrody nejsou třeba, prosíme o odpověď, zda mají být neutrální elektrody součástí nabídky.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požaduje i neutrální elektrody, a to pro jiné výkony než ASK kolene a požaduje i monopolární pálení, které bylo doplněno do zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

- řádek č. 9 a 10 – artroskopický trokar

Prosíme o bližší specifikaci tohoto požadavku. Co přesně ASK trokarem myslíte?

Odpověď:

Trokarem zadavatel myslí pouzdro, které se zavádí do kloubu a kryje ASK optiku. Zadavatel požaduje trokar ve dvou rozměrech (5,5 mm a 3,8 mm). Trokar je součástí dodané sestavy – trokar, obturátor, optika. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje dodání kompletu od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility.

Dotaz č. 4:

- řádek č. 11 ASK nástroje

V portfoliu máme celou řadu ručních ASK nástrojů, bude zadavatel akceptovat i jiné zahnutí punchů než je 60stupňů?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že bude akceptovat i jiné zahnutí punchů než je 60 stupňů.

Na základě výše uvedených odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno