

Naše zn.: 2019/121314/FNBRNO -14.7.2 – DrK/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 8. 2019

Veřejná zakázka – Anesteziologické přístroje II.

Vážený, zadavatel obdržel dne 12. 8. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Anesteziologické přístroje II., ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V technické specifikaci pro část 2 – Monitory hloubky vědomí – 2ks , požadujete mimo jiné kapacitu baterie na minimálně 2 hodiny provozu. Námi nabízený monitor má kapacitu baterie na minimálně 45 minut provozu, což je pro běžný provoz (případný převoz pacienta z operačního sálu na oddělení) zcela dostačující. Bude zadavatel akceptovat výdrž baterie minimálně 45 minut?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že nebude akceptovat výdrž baterie minimálně 45 minut a trvá na svém původním požadavku dobíjecí baterie s dostatečnou kapacitou na min. 2 hodiny běžného provozu.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno