

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Dne 7.8.2013 byly vydány dodatečné informace s tímto dotazem:

Dotaz: Může zadavatel specifikovat co myslí odpovědí „těžší ventilátory“? Myslí tím maximální povolenou hmotnost samotného přístroje 10kg s tolerancí dle ZD +/-10%?

Odpověď:

Zadavatel na základě odpovědi na dodatečné informace z 13. 6. 2013 provedl úpravu zadávací dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele k 21. 6. 2013 (tato změna zůstala zachována i v aktuální dokumentaci z 10. 7. 2013), kde byla požadovaná hmotnost změněna na 17kg. Zadavatel má tedy na mysli hmotnost 17 kg s tolerancí +/- 10%

Dne 13.6.2013 byly vydány dodatečné informace s tímto dotazem: „V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v technických podmínkách, části č. 3 – plicní ventilátory, požadavek zadavatele na hmotnost samotného ventilátoru 10 kg.

Umožní zadavatel, ve vztahu k požadavku na pojízdný vozík a na držák pro uchycení na lůžko, nabídnout přístroj s hmotností 17 kg?“

Odpověď zněla: „Ano, je možné nabídnout těžší ventilátory u "stacionárních" přístrojů (lůžka resuscitační a JIP, ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV)), ne u transportního ventilátoru (transportní lůžka), kde je požadována hmotnost přístroje do 5 kg.“

Žádost uchazeče o dodatečnou informaci:

Odpověď ze dne 13.6.2013 byl jasně definován účel použití poptávaných přístrojů jako „stacionární“ tedy ventilátor u lůžka a akceptace těžších ventilátorů bez konkrétního omezení hmotnosti.

Odpověď ze dne 7.8.2013 zadavatel omezil hmotnost přístroje na 17 kg +/- 10% bez udání důvodu nebo vlivu na medicínální účel.

Uvedením nové hranice 17kg je za těchto okolností porušen zákon o Veřejných zakázkách 137/2006, §6, odstavec 1) v platném znění.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat přístroj splňující všechny požadavky zadavatele s výjimkou hmotnosti, která dle výše zadavatelem uvedených informací nemá vliv na medicínální účel? Konkrétně přístroj s hmotností 26 kg?

Odpověď:

Jak je uvedeno v odpovědi ze dne 7. 8. 2013, změna hmotnosti byla uvedena v Zadávací dokumentaci uveřejněné dne 21. 6. 2013. K omezení tedy nedošlo 7. 8. 2013 jak uvádíte, ale již 21. 6. 2013, a to pro všechny dodavatele stejně. Ke stejnému datu byla v souladu s § 40 odst. 3 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Zadavatel nebude na základě požadavku aktuální Zadávací dokumentace akceptovat přístroj s hmotností 26 kg.