

Naše zn.: 2019/129040/FNBRNO -14.7.2 – DrK/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 8. 2019

Veřejná zakázka – Anesteziologické přístroje II.

Vážený, zadavatel obdržel dne 27. 8. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Anesteziologické přístroje II., ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel požaduje v oddíle IV. Technické podmínky pro část 1 – Anesteziologické přístroje
- režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O₂ a et koncentrace aplikovaného anestetika

Z takto popsaného procesu není zjevné, co má přesně zadavatel na mysli.

Účastník předpokládá, že požadavek na řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta znamená, že **přístroj musí být schopen automaticky zcela bez zásahu obsluhy** udržet předem nastavenou koncentraci anestetik a kyslíku ve vydechované směsi pomocí zpětnovazební elektronické regulace

- průtoku kyslíku
- průtoku anestetik z elektronicky řízených odpařovačů.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že předpoklad není správný.

Zadavatel nepožaduje automatické zpětnovazební řízení anestezie přístrojem, ale požaduje od přístroje, aby **na základě měřených hodnot a sofistikovaných výpočtů poskytl lékaři informaci/doporučení k vedení anestezie.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno