

Naše zn.: 2019/ 141501 /FNBRNO -14.7 – DrKr/La  
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 9. 2019

## **Veřejná zakázka Periferní intervence II**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 20. 9. 2019 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Rádi bychom předešli nedorozuměním a tak prosíme vyjasnit následující údaje z technické specifikace k části 22:

„rozměry: min. 2,5Fr, 2,8Fr, 2,9FR Fr, délky min.100 - 150 cm“

Jak správně chápat výraz „min“ u uváděných 3 průměrů? Má mít katétr nejméně tři průměrové varianty a právě těchto průměrů nebo mají být nejméně takto silné (i více bude ok) nebo nejméně takto tenké (i méně bude ok). A má jít o průměr proximální nebo distální části? Nebo o jde rozměry jednoho katétru, který má různé průměry v proximální, střední a distální části?

Jak správně chápat výraz „min.100 – 150cm“? Předpokládáme, že jde o délku užitnou, nikoliv celkovou, nicméně vztahuje se „min“ k prvnímu číslu či k celému intervalu? Vyhoví jakýkoliv katétr, který má alespoň 100cm? Nebo má mít katétr alespoň jedno provedení v délce mezi 100 a 150cm? Vyhoví katétr delší než 150cm s ohledem na skutečnost, že je delší než udávané „min“ ?

### Odpověď:

*Zadavatel požaduje nejméně tři průměrové varianty a právě těchto průměrů. Jedná se o průměr distální části.*

*Výraz min. 100 - 150 cm se vztahuje k celému intervalu, tj. min. 100 – min. 150 cm, tedy musí být nabídnuty minimálně jak délka 100 cm, tak 150 cm.*

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno