

Naše zn.: 2019/ 142429 /FNBRNO -14.7 – DrKr/La  
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 9. 2019

## **Veřejná zakázka Periferní intervence II**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 24. 9. 2019 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Pro Část č. 48 – Aspirační katetr jsou požadovány tyto parametry:

- 3 velikostech – kompatibilních s 6F, 7F, 8F vodícím katetrem a distálními extrakčními plochami nejméně 0,79mm<sup>2</sup> (6F), 1,23mm<sup>2</sup> (7F), 1,58mm<sup>2</sup> (8F)
- pro všechny konfigurace vyžadována distální radiopacitní značka.
- tělo katetru s výpletem, povrch distální části hydrofilní
- užitečná délka nejméně 140cm
- Rapid Exchange způsob vedení na vodiči s průměrem 0,014"

- Námi nabízený aspirační katétr **má užitečnou délku (pracovní délku) 138 cm.**  
Bude prosím zadavatel akceptovat pracovní délku katétru 138 cm?

- Dále bychom se chtěli dotázat ohledně těla katétru. Tělo našeho produktu má vestavěný drát, katétr je testován proti zalomení a je odolný i při ohnutí na 5 mm. Bude prosím akceptován vestavěný drát místo opletu?

### Odpověď:

*Zadavatel v obou případech trvá na svém původním požadavku.*

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno