

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Ve specifikaci uvádíte požadavek možnosti elektrického polohování nožních segmentů min. +80°-90°. Vzhledem k počtu realizovaných zakázek nerozumíme požadavku nutnosti polohování nožních segmentů v hodnotě +80° (viz obrázek). Tato poloha, dle našeho názoru a zkušeností, není použitelná v žádném chirurgickém oboru a v gynekologii vůbec.

Dotaz: Bude zadavatel trvat na úhlu zalomení nožního segmentu anebo bude akceptovat úhel menší, např. + 30°?

Odpověď:

Zadavatel trvá na úhlu zalomení nožního segmentu stanoveném zadávací dokumentací - nebude akceptovat úhel menší.