

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon))

**Veřejná zakázka: Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH****dle § 217 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Dodávka a montáž zdrojových mostů pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob, vč. demontáže stávajících zdrojových mostů
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	smlouva nebyla uzavřena

**dle § 217 odst. 2 písm. b)**

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené podlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

**dle § 217 odst. 2 písm. c)**

Účastník:	<b>Dräger Medical, s.r.o.</b>
Sídlo:	Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička
IČ:	26700760

Účastník:	<b>MZ Liberec, a.s.</b>
Sídlo:	Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
IČ:	47306581

**dle § 217 odst. 2 písm. d)**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

**dle § 217 odst. 2 písm. e)**

Smlouva nebyla uzavřena.

**dle § 217 odst. 2 písm. f)**

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

**dle § 217 odst. 2 písm. j)**

Zadavatel v průběhu posuzování zjistil rozpor v technických požadavcích, které jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech, tvořících zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o rozpor mezi technickými požadavky v Zadávací dokumentaci a údaji v části Vybavení zdrojových mostů ve Statickém posudku, se kterým je dle zadávací dokumentace nutné provést plnění zakázky v souladu.

**dle § 217 odst. 2 písm. m)**

Jedná se o dodávky stejných výrobků se stejným okruhem dodavatelů.

Zpráva zpracována dne:	17. 6. 2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	