

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

„Psychiatrická péče – chladničky a mrazničky“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
ID datové schránky: 4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka vybavení pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kód:

39711100-0 chladničky a mrazničky

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.

III. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to **předložením prostých kopií požadovaných dokumentů**. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. **Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží **výpis z Rejstříku trestů** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením

zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) **potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) **písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) **písemné čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) **výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení**, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona **výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona **popisy nebo fotografie** všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn. zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; obsah písemného závazku bude v souladu s § 83 odst. 2 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může v souladu s § 226 a násl. zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) Nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené údaje představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší odběr.

Veškerý obrazový materiál je pouze ilustrativní.

Část 1 – Chladničky na uskladnění léků včetně zapojení do MS Falcon

Položka 1: Chladnička 1- dveřová pro uskladnění léků – 1 ks

- chladnička pro uskladnění léků
- umístění pod pracovní desku kuchyňské linky s výškou pracovní desky 900 mm
- rozměry chladničky odpovídající požadavkům na zabezpečení plynulého bezproblémového chodu chladničky v prostoru 860 x 600 x 600 mm (výška, šířka, hloubka)
- 1- dveřové provedení, užitný objem cca 130 l
- rozsah teplot +3 až +15°C dle nastavení regulátoru
- min. 3 police, možnost výškového nastavení polic
- materiál polic: bílým plastem/barvou potažená ocelová mřížka nebo nerez provedení
- zatížitelnost polic: min. 30 kg
- vnitřní LED osvětlení
- digitální displej teploty
- bezpečnostní termostat
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 52 dB)
- nastavitelné nožičky
- chladicí systém: dynamický (ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu)
- řízení teploty: elektronické (max. hystereze +/- 2°C)
- teplotní displej: externí číslicový, dělení 0,1 °C
- alarm funkce (teplota, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení)
- výstup pro připojení monitoringu - interní čidla (minimálně 2 ks) v chlazeném prostoru s vývody pro možnost připojení do monitorovacího systému MS Falcon
- materiál pláště / barva: ocel / bílý povrch
- dveře: prosklené, uzamykatelné
- vnitřní prostor: bílý plast (antibakteriální úprava) nebo nerez provedení
- panty dveří: pravé, zaměnitelné

Položka 2: Chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty - 4 ks

- chladicí volně stojící skříň pro uskladnění léků
- s možností umístění pod pracovní desku kuchyňské linky s výškou pracovní desky 900 mm
- rozměry chladničky odpovídající požadavkům na zabezpečení plynulého bezproblémového chodu chladničky v prostoru 860 x 600 x 600 mm (výška, šířka, hloubka)
- 1- dveřové provedení
- užitný objem cca 130 l, objem brutto cca 140 l
- rozsah teplot +3 až +15°C dle nastavení regulátoru

- min. 3 police, možnost výškového nastavení polic
- materiál polic: bílým plastem/barvou potažená ocelová mřížka nebo nerez provedení
- zatížitelnost polic: min. 30 kg
- vnitřní LED osvětlení
- digitální displej teploty
- akustický a vizuální alarm
- bezpečnostní termostat
- RS 485 port
- výstup pro připojení monitoringu - interní čidla (minimálně 2 ks) v chlazeném prostoru s vývody pro možnost připojení do monitorovacího systému
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 52 dB)
- nastavitelné nožičky
- chladicí systém: dynamický (ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu)
- řízení teploty: elektronické (max. hystereze +/- 2°C)
- teplotní displej: externí číslicový, dělení 0,1 °C
- alarm funkce (teplota, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení)
- materiál pláště / barva: ocel / bílý povrch
- dveře: prosklené, uzamykatelné
- vnitřní prostor: bílý plast (antibakteriální úprava) nebo nerez provedení
- panty dveří: pravé, zaměnitelné

Další podmínky společné pro položku 1 a 2:

- **Při dodání** požadujeme validační protokol prostoru chladicí části a kalibrační list měřidla zobrazující teplotu, vše ne starší jednoho měsíce
- V ceně přístroje je validace prostoru + kalibrace měřidla (zobrazovače teploty)
- Délka záruky min. 24 měsíců
- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce
- Označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- U ZP (zdravotnický prostředek) musí být doložena registrace dodavatele a servisu dle § 26 a § 28 zákona č. 268/2014 Sb.
- Dodavatel zajistí připojení a konfiguraci do MS Falcon
- Rozšíření stávajícího monitorovacího systému Falcon o monitoring dle logiky umístění chladničky
- Chladicí zařízení bude dodáno v konfiguraci min. 2x teplotní snímač, 1x dveřní snímač a měřicí modul s výstupem F-Net.
- Pro připojení chladničky do MS Falcon bude využita stávající strukturovaná kabeláž FN Brno.
- Dle umístění chladničky bude v případě nemožnosti připojení se na stávající Datalogger pro sběrníkové moduly dodán nový.

Položka 3: Chladnička na uskladnění léků s mrazákem, 2 - dveřová – 1 ks

- kombinovaná lednice s mrazákem, 2 - dveřové provedení
- využitelný objem chladicí části cca 240 l využitelný objem mrazicí části cca 105 l
- vnější opláštění bílé
- dvoukompresorový systém
- samostatně nastavitelná teplota v chladničce i v mrazáku
- teplotní rozsah pro chladicí část +3 °C až + 8 °C, pro mrazicí část -9 °C až -30 °C
- nucená cirkulace v chladicí části
- 2 digitální displeje
- plné elektronické ovládání
- alarm optický a akustický

- RS 485 port
- teplotní záznamník (datalogger vč. 2-bodové kalibrace výrobcem)
- automatické odmrazování chladničky
- manuální odmrazování mrazáku
- plné dveře, uzamykatelné
- vnitřní osvětlení chladicí části
- v chladicí části 4x nastavitelná police
- materiál polic: bílým plastem/barvou potažená ocelová mřížka nebo nerez provedení
- zatížitelnost polic: min. 30 kg
- v mrazicí části 3x zásuvka
- nastavitelné nožičky
- chladicí systém: dynamický (ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu)
- řízení teploty: elektronické (max. hystereze +/- 2°C)
- teplotní displej: externí číslicový, dělení 0,1 °C
- alarm funkce (teplota, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení)
- interní čidla (minimálně 2 ks v chladicím prostoru a minimálně 2ks v mrazicím prostoru) s vývody pro možnost připojení do monitorovacího systému
- materiál pláště / barva: ocel / bílý povrch
- dveře: prosklené, uzamykatelné
- vnitřní prostor: bílý plast (antibakteriální úprava) nebo nerez provedení
- panty dveří: pravé, zaměnitelné

Další podmínky pro položku 3:

- **Při dodání** požadujeme validační protokol prostoru chladicí části a mrazicí části.
- Dále kalibrační list měřidel zobrazující teplotu (lednice/mrazák), vše ne starší jednoho měsíce
- V ceně přístroje je validace prostorů + kalibrace měřidel (zobrazovače teploty)
- Délka záruky min. 24 měsíců
- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce
- Označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- U ZP (zdravotnický prostředek) musí být doložena registrace dodavatele a servisu dle § 26 a § 28 zákona č. 268/2014 Sb.
- Dodavatel zajistí připojení a konfiguraci do MS Falcon
- Rozšíření stávajícího monitorovacího systému Falcon o monitoring dle logiky umístění chladničky
- Chladicí zařízení bude dodáno v konfiguraci min. 2x teplotní snímač, 1x dveřní snímač a měřicí modul s výstupem F-Net.
- Pro připojení chladničky do MS Falcon bude využita stávající strukturovaná kabeláž FN Brno.
- Dle umístění chladničky bude v případě nemožnosti připojení se na stávající Datalogger pro sběrníkové moduly dodán nový.

Podmínky pro položku 1, 2 a 3:

Jednotlivé kusy chladniček na léky budou dodány v různých, časově rozdílných etapách stavby na různá oddělení a do různých budov Psychiatrické kliniky. Přehled etap je uveden v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

- Položka 1 – 1 ks budova F 2.NP (oddělení A) – etapa I.**
- Položka 2 – 2 ks budova F 1.NP (oddělení B a C) – etapa II.**
- Položka 2 – 1 ks budova A 2. NP (oddělení D) – etapa II.**
- Položka 2 – 1 ks budova C 1. NP (oddělení E) – etapa III.**
- Položka 3 – 1 ks budova F 1.NP (oddělení B) – etapa I.**

Část 2 – Chladničky na uskladnění potravin

Položka 1: Skříň chladicí 1- dveřová – 1 ks

- chladicí volně stojící skříň pro uskladnění potravin
- 1-dveřové provedení
- užitný objem cca 300 l
- chlazení dynamické, ventilátorem
- automatické odmrazování chladicí části
- LCD a grafickým zobrazovačem teploty
- minimálně 5 polic, výškové nastavení polic
- v dolní části plastový box
- vnitřní LED osvětlení
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)



Položka 2: Chladnička 1- dveřová – 2 ks

- malá úsporná chladnička, užitný objem cca 48 l
- orientační rozměry 430/480/510 mm
- monoklimatická
- termoelektrické chlazení
- hlučnost do 30 dB
- 1-dveřová, bílé provedení
- 1x police
- police ve dvířkách
- vnitřní LED osvětlení



Položka 3: Chladnička jednodveřová s mrazničkou podstavná - 3 ks

- chladnička 1- dveřová kombinovaná s mrazničkou
- umístění pod pracovní desku kuchyňské linky s výškou pracovní desky 900 mm
- rozměry chladničky odpovídající požadavkům na zabezpečení plynulého bezproblémového chodu chladničky v prostoru 860 x 600 x 600 mm (výška, šířka, hloubka)
- bílé provedení
- celkový užitečný objem minimálně 110 l
- čistá kapacita chladničky minimálně 95 l
- zabudovaný mrazák v horní části
- čistá kapacita mrazáku minimálně 15 l
- automatické odmrazování chladicí části
- vnitřní vybavení: minimálně 2x police z tvrzeného skla, minimálně 1 x plastová vyjímatelná nádoba, poličky ve dveřích
- vnitřní osvětlení
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)



Položka 4: Chladnička s mrazničkou dvoudveřová – předpokládaný odběr 1 ks

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- bílé provedení
- volně stojící, 2- dveřová
- celkový užitečný objem cca 170 l
- čistá kapacita chladicí části cca 130 l
- automatické odmrazování chladicí části
- minimálně 3x police, minimálně 1x plastový box
- vnitřní osvětlení
- čistý objem mrazáku cca 40 l
- v mrazicí části 1x police
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)



Položka 5: Chladnička s mrazničkou - 5 ks

- kombinovaná chladnička s mrazničkou
- volně stojící
- celkový užitečný objem cca 250 l
- 2- dveřové provedení
- bílé provedení
- zaměnitelné otevírání dvířek
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- chladicí část objem cca 200 l
- vnitřní osvětlení chladicí části
- automatické odmrazování chladicí části
- plně variabilní uspořádání vnitřního prostoru
- 4x vyjímatelná police z tvrzeného skla
- vyjímatelný plastový box
- poličky ve dveřích
- užitečný objem mrazicí části cca 50 l
- ruční odmrazování mrazicí části
- v mrazicí části 2 úložné zásuvky plně vyjímatelné
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A++ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)



Část 3 – Mrazničky

Položka 1: Mraznička skříňková se 3 zásuvkami – 1 ks

- mrazicí skříňový box, umístění pod pracovní desku kuchyňské linky s výškou pracovní desky 900 mm
- rozměry mrazničky odpovídající požadavkům na zabezpečení plynulého bezproblémového chodu v prostoru 860 x 600 x 600 mm (výška, šířka, hloubka)
- užitečný objem cca 90 l
- teplotní rozsah v rozmezí 0 až -25 °C
- dynamický chladicí systém
- automatické odmrazování v mrazicí části
- elektronické ovládání
- vnější digitální ukazatel teploty
- kontrolka otevřených dveří mrazicí části akustická
- kontrolka poruchy akustická a optická
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)

- min. 3x plastová zásuvka



Položka 2: Skříň mrazící jednodvéřová 250 l – 1 ks

- mrazící skříň
- užitný objem cca 250 l
- teplotní rozsah v rozmezí 0 až -25 °C
- systém chlazení v mrazící části dynamický
- automatické odmrazování v mrazící části
- min. 7 x zásuvka plastová vč. spořicí přepážky
- vnější digitální ukazatel teploty
- kontrolka činnosti mrazící části
- zvukový a optický alarm poruch (nedovřené dveře)
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 41 dB)



Položka 3: Mraznička podstavná na odběry – 1 ks

- samostatně stojící skříňová mraznička
- teplotní rozsah v rozmezí 0 až -25 °C
- možnost umístění pod pracovní desku kuchyňské linky s výškou pracovní desky 900 mm
- rozměry mrazničky odpovídající požadavkům na zabezpečení plynulého bezproblémového chodu v prostoru 860 x 600 x 600 mm (výška, šířka, hloubka)
- podstavné provedení
- užitný objem maximálně 60 l

- vnitřní vybavení: 1x police



Část 4 – Dvoukřídlá chladnička s mrazničkou

Položka 1: Chladnička dvoukřídla, velká – 1 ks

- velká volně stojící chladicí skříň s mrazicí částí na uskladnění potravin
- dvoukřídle provedení (side-by-side), šířka minimálně 1200 mm
- užitečný objem minimálně 640 l
- výškové nastavení polic
- vnitřní LED osvětlení
- automatické odmrazování chladicí i mrazicí části
- digitální displej teploty
- akustický a vizuální alarm
- bezpečnostní termostat
- nízká ekonomická náročnost provozu (požadována alespoň A+ tř.)
- nízká provozní hlučnost i při plném výkonu (max. 45 dB)



V.

POSTUP ZADÁVÁNÍ, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, rámcovou kupní smlouvu.

Plnění bude realizováno v termínu určeném na základě postupných objednávek zadavatele (výzev k plnění) v návaznosti na dokončení jednotlivých etap stavebních prací. Předpokládané ukončení realizace dodávek je září 2021. **Zadavatel předpokládá plnění ve třech dodávkách.**

Součástí nabídky uchazeče bude doba dodání zboží od doručení jednotlivých písemných výzev k plnění.

Místem dodání požadovaného zboží je Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

VI.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu rámcové kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 1 této zadávací dokumentace, a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorového textu smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení návrhu smlouvy podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místě k tomu určeném.

Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do vzorového návrhu **rámcové kupní smlouvy** zadavatelem vyznačené údaje (tj. identifikaci účastníka, vymezení nabízeného plnění, způsob doručení objednávky, identifikaci oprávněného statutárního zástupce účastníka) a neoddělitelně k návrhu rámcové kupní smlouvy připojit přílohu obsahující specifikaci zboží a jednotkové kupní ceny.

VII.

JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky ke všem částem veřejné zakázky bude v českém jazyce:

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- čestné prohlášení, že požadované zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- návrh rámcové kupní smlouvy včetně příloh ve formátu *.doc (pro účely zveřejnění v registru smluv)

Zadavatel si vyhrazuje právo

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,
- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,
- v případě shodných nabídkových cen bude vítězem ten účastník, jehož nabídka byla zadavateli doručena dříve.

VIII. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena pro každou část bude zpracována jako **celková nabídková cena veškerého zboží v dané části** v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkami zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

Účastník zároveň uvede cenu v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť pro 1 ks požadovaného zboží (jednotková cena) jako přílohu smlouvy.

Hodnotícím kritériem bude pro každou část celková nabídková cena (tj. součet cen pro jednotlivou část!) za požadovaný počet kusů poptávaného zboží v Kč bez DPH. Tato hodnota musí být v nabídce uvedena, jinak nemůže být nabídka hodnocena!

IX. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Petra Kaldová, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: kaldova.petra@fnbrno.cz (viz. též bod XII. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude pro každou část zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat **QCM** - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. číslo + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

Struktura nabídky:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod,
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních podmínek dle bodu III. této dokumentace,
- Návrh smlouvy dle bodu VI. této dokumentace (plně vycházející z příslušné vzorové smlouvy se zpracovanými údaji dle požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka včetně příslušných příloh ve formátu *.pdf,
- Doklady dle bodu VII. této dokumentace,
- Cenová nabídka dle bodu VIII. této dokumentace,
- Návrhy smluv včetně příloh ve formátu *.doc (pro účely zveřejnění v registru smluv)

XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky v každé části budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny, tj. **celkové nabídkové ceny veškerého zboží bez DPH** od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

XII. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**,
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt,
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení

Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

XIII. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 4 zákona. Nebude-li možno zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích, zadavatel bude podle § 122 odst. 5 zákona požadovat předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo předložení

- a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že v případě nepředložení těchto dokladů, budou-li požadovány, bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

XIV. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídek se stanovuje **do 23. 9. 2020 do 9.00 hod**

Místo:

- elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

Otevírání nabídek:

- Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne **dne 23. 9. 2020 v 9.00 hod** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

V Brně dne 20. 8. 2020

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 – Vzorová rámcová kupní smlouva
Příloha č. 2 – Přehled dodávek dle etap