

Naše zn.: 2020/112535/FNBrno – 14.7 – KaGI/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 9. 2020

Veřejná zakázka – Ultrazvukový přístroj

Vážený, zadavatel obdržel dne 22. 9. 2020 e-mailem dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Ultrazvukový přístroj, následně dne 24. 9. 2020 obdržel totožný dotaz prostřednictvím elektronického nástroje E-zak a sděluje k těmto dotazům následující:

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje se 3 USB porty, z toho 1 na monitoru? USB port na monitoru nabízí stejnou dostupnost - obě řešení (na ovládacím panelu či na monitoru) jsou v dosahu sedící obsluhy bez nutnosti sehnutí či obcházení přístroje.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje min 2 USB porty, které musí splňovat parametry uvedené v zadávací dokumentaci. USB portů může být i více.

Zadavatel souhlasí, že USB port požadovaný na panelu může být umístěn i na monitoru, ale podmínkou je, že musí být pro obsluhu pohodlně přístupný a musí být umístěn v čelní nebo boční straně monitoru.

USB port na monitoru musí rovněž splňovat parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku sestavy přístroje s lineární sondou pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem 3 – 8,5 MHz? Jedná se o zanedbatelnou odchylku, která nebude mít žádný vliv na medicínské využití přístroje.

Odpověď č. 2:

Frekvenční rozsah lineární sondy pro vyšetření cév 3 – 8,5 MHz namísto 3 – 9 MHz je pro Zadavatele přijatelný (opět ostatní parametry uvedené v Zadávací dokumentaci musí sonda splňovat).

Zadavatel na základě dotazů mění Zadávací dokumentaci a prodlužuje lhůtu pro předložení nabídek

do 29. 10. 2020 do 9 hodin.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Lucie Mičánková, DiS., referent OPV, tel. 532 231 014, Micankova.Lucie@fnbrno.cz