

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon))

**Veřejná zakázka:** Ortopedické implantáty III. – část č. 10**dle § 217 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČO: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Opakované a průběžné dodávky ortopedických implantátů (dodávky ucelených systémů náhrad ramenního kloubu) včetně bezplatné výpůjčky instrumentářií do konsignačního skladu zboží zřízeného a provozovaného na náklady vybraného dodavatele.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	884 756,54 Kč

**dle § 217 odst. 2 písm. b)**

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

**dle § 217 odst. 2 písm. c)**Účastník č. 1

Účastník	Comesa, spol. s r.o.
Sídlo	Počernická 272/96, 108 00 Praha
IČO:	18630529

Účastník č. 2

Účastník	Lima CZ s.r.o.
Sídlo	Do zahrádek I 5/157, 155 21 Praha
IČO:	27199592

Účastník č. 3

Účastník	Zimmer Czech, s.r.o.
Sídlo	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha
IČO:	25107976

**dle § 217 odst. 2 písm. d)**

Účastník	Comesa, spol. s r.o.
Sídlo	Počernická 272/96, 108 00 Praha
IČO:	18630529

Účastník nesplnil zadávací podmínky, protože ve své nabídce nenabízí dostatečnou, v zadávací dokumentaci požadovanou, velikost cementovaných i necementovaných dřívků. V nabídce jsou maximální velikosti dřívku 15mm, požadována však byla velikost cementovaných dřívků až 20mm, necementovaných až 24mm.

V souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl zadavatel o vyloučení tohoto účastníka z další účasti v zadávacím řízení pro část 10 pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník	Zimmer Czech, s.r.o.
Sídlo	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha
IČO:	25107976

Účastník nesplnil zadávací podmínky, protože ve své nabídce nenabízí dostatečnou, v zadávací dokumentaci požadovanou, velikost cementovaných i necementovaných dřívků. V nabídce jsou maximální velikosti dřívku 14mm, požadována však byla velikost cementovaných dřívků až 20mm, necementovaných až 24mm.

V souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl zadavatel o vyloučení tohoto účastníka z další účasti v zadávacím řízení pro část 10 pro nesplnění zadávacích podmínek.

**dle § 217 odst. 2 písm. e)**

Účastník	Lima CZ s.r.o.
Sídlo	Do zahrádek I 5/157, 155 21 Praha
IČO:	27199592
DIČ:	CZ27199592
Důvod výběru	Účastník splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka účastníka byla na základě hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti vyhodnocena jako nejvhodnější.

**dle § 217 odst. 2 písm. f)**

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

Zpráva zpracována dne:	1. 10. 2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	