

Naše zn.: 2020/ 170242 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. 12. 2020

Veřejná zakázka Operační mikroskop pro ORL

Vážení,

zadavatel obdržel dne 15. 12. 2020 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace, čl. IV. Technické podmínky:

- Podlahový stativ s centrální brzdou a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu

Dotaz: Akceptuje zadavatel: Zabrzditelný podlahový stativ a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízenou variantu zabrzditelného podlahového stativu a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu.

Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace, čl. IV. Technické podmínky:

- Integrovaný optický dělič pro pozici face-to-face

- Dle našich zkušeností se pozice asistenta face-to-face v ORL operativě nepoužívá, ale standardní je pozice asistenta do boku

Dotaz: Akceptuje zadavatel: Integrovaný optický dělič pro boční pozici?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení integrovaného optického děliče pro boční pozici.

Dotaz č. 3:

Zadávací dokumentace, čl. IV. Technické podmínky:

- Binokulární tubusy s možností naklápění v rozsahu min. 0 – 180° a současně polohování v horizontální i vertikální rovině pro operátora i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o min. 50%

- V případě nahrazení integrovaného optického děliče pro boční pozici místo integrovaného optického děliče pro pozici face-to-face (viz předchozí dotaz) není potřeba tento binokulární tubus pro asistenta. Je to již řešeno v požadavku: „stereoasistent z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru“

Dotaz: Akceptuje zadavatel: Binokulární tubus pro operátora s možností naklápění v rozsahu min. 0 – 180° a současně polohování v horizontální i vertikální rovině s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o min. 50%?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení binokulárního tubusu pro operátora s možností naklápění v rozsahu min. 0–180 stupňů a současně polohování v horizontální i vertikální rovině s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o min. 50 % v případě, že tubus pro asistenta bude řešený stereoasistentem z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozicí pro asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru.

V souladu se shora uvedenými odpověďmi zadavatel upraví zadávací dokumentaci a současně prodlouží lhůtu pro předložení nabídek o celou původní dobu, tj. **do 18. 1. 2021 do 9.00 hod.**

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno