

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 1. 2021

Veřejná zakázka Monitorovací soubor pro GPK

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 12. 2020 dotaz týkající se veřejné zakázky Monitorovací soubor pro GPK, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel požaduje rozlišení WXGA (1280 x 768), které oproti standardnímu rozlišení XGA (1024 x 768) nepřináší z medicínského hlediska žádnou výhodu. Bude zadavatel akceptovat rozlišení XGA, které je standardní pro monitory vitálních funkcí?

Odpověď:

Požadované rozlišení 1280 x 768 má v horizontále o 256 bodů více než tazatelem nabízené rozlišení 1024 x 768. To znamená, že monitor má o 20 % více bodů na zobrazení požadovaných údajů. Právě z medicínského hlediska je velkou výhodou, tato "větší" plocha, kdy obsluha nemusí přepínat na jinou obrazovku a požadované údaje má pohromadě na stejné obrazovce. A v případě využití tohoto většího rozlišení pro zobrazení křivek jsou tyto zobrazeny mnohem plynuleji a je bezpečnější odečítání různých patologií. Zadavatel nesouhlasí s nabízeným řešením a trvá na svém původním zadání.

Vzhledem k překročení zákonem stanovené lhůty bude o odpovídající počet dnů prodloužena lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz