

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705  
Bankovní spojení: 71234621/0100  
**Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS**  
www.fnbrno.cz

**VÝZVA (včetně zadávací dokumentace)  
K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE  
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ**

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## **„Laparoskopická věž“**

## I.

### PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení laparoskopické věže, souboru operačních přístrojů a nástrojů pro neinvazivní operační zákroky (dále také „zboží“), pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno.

#### **Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

CPV kód:

33162000-3 – Přístroje a nástroje pro operační sály

#### **Rozdělení veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

#### **Diagnosticko-terapeutický účel**

Laparoskopická věž je určena k provádění laparoskopie a hysteroskopie méně invazivním způsobem v gynekologii.

#### **Zadávací lhůta:**

Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 90 dnů.

## II.

### KVALIFIKACE ZÁJEMCE

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce již ve své nabídce, a to **předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona**, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel přikládá jako přílohu č. 1 vzorové čestné prohlášení, které může zájemce použít.

**Zájemce, se kterým se bude uzavírat smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, viz seznam níže.** Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku **nesmějí být** k datu doručení **starší 90 kalendářních dnů** a musí být předloženy v českém jazyce. Doklady mohou být vystaveny po datu, ke kterému končila lhůta pro podání nabídek.

- Zájemce předloží **čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče k prokázání splnění předpokladů:
  - dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin

účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu, nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Je-li zájemcem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona, tj. že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona, tj. že není v likvidaci;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona, tj. že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona, tj. že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona, tj. že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona, tj. že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona, tj. že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- je/není zapsán v obchodním rejstříku/jiné evidenci;
- je oprávněn k podnikání pro předmět veřejné zakázky, disponuje živnostenským listem, výpisem z živnostenského rejstříku, koncesní listinou nebo licenci;

- dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku;
- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona realizoval za poslední 3 roky obdobné<sup>1</sup> dodávky a disponuje osvědčeními objednatelů o řádném plnění 3 nejvýznamnějších z těchto dodávek v minimálním finančním objemu každé z nich 785.000 Kč bez DPH; tato osvědčení zahrnují cenu, dobu a místo realizace dodávek a obsahují údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně, s uvedením objemu 3 nejvýznamnějších dodávek;
- dle ust. § 56 odst. 1 písmene f) zákona, tj. že k výrobku existuje doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Bez tohoto dokladu nelze zboží používat pro poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 19 odst. 4 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele**

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určitých profesních a technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona.

#### **Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií**

Důvodem pro vyloučení zájemce z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:

- neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele
- poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé

### **III.**

## **TECHNICKÉ PODMÍNKY**

**Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.**

<sup>1</sup> Obdobnými dodávkami jsou myšleny dodávky zdravotnických přístrojů.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce.

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití.

Laparoskopická věž v níže uvedené technické specifikaci:

- 3-chipová full HD kamera - rozlišení min. 1920x1080 pixelů
- parfokální optický zoom
  - multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě (min. zoom, vyvážení bílé a ostření)
  - 2x digitální full HD výstup (např. HDMI, DVI)
  - oddělitelný systém: kamerová jednotka + kamerová hlava s kabelem
- LCD Full HD monitor
- uhlopříčka min. 25"
  - min. rozlišení 1920x1080 pixelů
  - vstupy: min. 1x umožňující full HD zobrazení (např. HDMI, DVI)
  - pozorovací úhel 178°
  - stojan nebo jiné dostatečně stabilní uchycení na horní polici vozíku
- Asistenční LCD Full HD monitor
- uhlopříčka min. 23"
  - rozlišení 1920x1080 pixelů
  - vstupy: min. 1x umožňující full HD zobrazení (např. HDMI, DVI)
- DVI)
- požadujeme full HD zobrazení obrazu snímaného kamerou, umístěnou ve vzdálenosti cca 10 m kabelového vedení
  - pozorovací úhel 178°
  - umožňuje uchycení na stativ prostřednictvím držáku VESA 100
- Zdroj světla
- xenonový zdroj o výkonu min. 300 W
  - životnost výbojky min. 500 h
  - indikace stavu výbojky (např. počítadlo provozních hodin nebo signalizace nutnosti výměny výbojky)
  - ochrana proti oslnění při nepřipojení světelného kabelu
  - autoklávovatelný světlovodný kabel délky min. 250 cm,
- Pumpa pro sání + oplach
- proplachová pumpa vhodná pro laparoskopii a hysteroskopii s integrovanou odsávací pumpou
  - nastavení tlaku pro hysteroskopii v rozmezí min. 15 – 150 mmHg

- nastavení rychlosti proplachu v rozmezí min. 0 – 800 ml/min
- paměť nastavených hodnot (univerzálně přednastavená nebo poslední nastavení před vypnutím přístroje)
- resterilizovatelné hadicové sety: 1 ks pro laparoskopii a 1 ks pro hysteroskopii

- Insuflátor
- umožňuje předehřev plynu
  - nastavitelný průtok v rozmezí min. 1 - 30 l/min
  - nastavitelné rozmezí tlaku min 1 – 25 mmHg
  - umožňuje připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO<sub>2</sub>
  - vysokotlaká hadice pro připojení k tlakové láhvi
  - paměť nastavených hodnot (univerzálně přednastavená nebo poslední nastavení před vypnutím přístroje)
  - signalizace alarmů a chybových hlášení

- Optika
- pro gynekologickou operativu
  - průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, pracovní délka min 30 cm
  - autoklárovatelná

- Záznamové zařízení
- záznam statických snímků a videosekvencí v rozlišení min. 1920x1080 pixelů
  - umožňuje ukládání pořízených snímků i videosekvencí do PACS archivu (komunikace podle standardu DICOM 3.0)
  - umožňuje uložení snímků a videosekvencí na flash disk, CD nebo DVD ve formátu JPG, BMP, AVI
  - ovládání nožním pedálem

- Laparoskopické síto
- autoklárovatelné nástroje kompatibilní s elektrochirurgickým přístrojem Alza EXCELL 350 (akceptujeme zajištění kompatibility přechodkou nebo vhodným kabelem)
  - disektor bez aretace, průměr 5 mm, délka 36 cm, pin k monopolární koagulaci
  - 2 ks grasper s aretací, průměr 5 mm, délka 36 cm, pin k monopolární koagulaci
  - 2 ks nůžky Metzenbaum bez aretace, průměr 5 mm, délka 36 cm, pin k monopolární koagulaci
  - 2 ks okénkové bipolární kleště bez aretace, průměr 5 mm, délka 36 cm, pin pro bipolární koagulaci
  - 4 ks kompletní trokar včetně kohoutku k insuflaci, vnitřní průměr 10 mm, délka 10,5 cm, manuální těsnění, pyramidální bodlo
  - 6 ks kompletní trokar včetně kohoutku k insuflaci, vnitřní průměr 5 mm, délka 10,5 cm, automatické těsnění, pyramidální bodlo

- Diagnostický hysteroskop s pracovním kanálem
- kompletně autoklárovatelný
  - optika o průměru 4 mm, úhel pohledu 30°, délka 30 cm, zvětšený pohled
  - dvouplášťový hysteroskop umožňující připojení hadic proplachu a sání
  - vnější průměr 6,2 mm, pracovní kanál průměr 5 Fr.
  - světlovodný kabel o délce min. 230 cm, průměr 3,5 mm

- Vozík - pojízdný policový systém na laparoskopickou sestavu

- min. 4 otočná kolečka, z toho min. 2 brzděná
- držák CO2 láhve
- irigační tyč s min. 4 háky pro infuze
- držák kamerové hlavy
- min. 6 elektrických zásuvek a min. 6 konektorů pro ochranné pospojování
- napájení vozíku (a tedy i celé sestavy přístrojů) jedním kabelem

Držák asistenčního monitoru - náhrada nebo úprava stávajícího stativu uchyceného do stropu operačního sálu  
 - uchycení monitoru prostřednictvím VESA 100

Fotodokumentace stativu je přílohou č. 2.1 a přílohou č. 2.2 této výzvy.

#### IV.

### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

**Doba a místo plnění je stanoveno ve vzorovém textu kupní smlouvy**, která je přílohou č. 3 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy **bez jakýchkoliv změn** k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.

#### V.

### OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy**, která je přílohou č. 3 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy **bez jakýchkoliv změn** k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.

#### VI.

### POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako:

- **nabídková cena za 1 ks přístroje**; s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť, bude zahrnovat všechny související náklady (např. dopravu, clo, balné, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek *(pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá)*)
- **ceny jednotlivých nabízených položek včetně příslušenství**, které je součástí nabídky, a to v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

#### VII.

### JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky bude v českém jazyce:

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
4. čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích pro prodej/distribuci i servis

***Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!***

***Zadavatel doporučuje uchazečům též k jednotlivým částem veřejné zakázky předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli uchazeče, zda dokumenty zadavateli poskytne:***

1. dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 5 dní),
2. seznam možného příslušenství poskytovaného uchazečem včetně aktuálních cen,
3. seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
4. podrobný popis veškerého příslušenství včetně aktuálních cen,
5. vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál, nákladů na jedno vyšetření.

#### ***Zadavatel si vyhrazuje právo***

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem
- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

## **VIII.**

### **PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

**NABÍDKA** bude zpracována **v českém jazyce** a předložena v jednom originále v listinné formě a jedné kopii v datové formě (na CD/DVD ve formátu \*.doc, \*.pdf, případně jiném formátu), obě bude vloženo do řádně uzavřené obálky označené slovy „**Veřejná zakázka – Laparoskopická věž - NABÍDKA**“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností).



#### Struktura **NABÍDKY**:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
- krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to zejména obchodní firmu nebo název (jméno a příjmení), sídlo (bydliště či místo podnikání), právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II této výzvy
- návrh kupní smlouvy dle vzorového textu smlouvy, jež je součástí této výzvy, doplněný uchazečem na místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

**Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, evidenční číslo veřejné zakázky, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží.**

- cenová nabídka dle článku VI. této výzvy
- doklady dle článku VII. této výzvy

**NABÍDKA** (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázané nebo sešity. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová podoba) nabídky bude rozhodující znění originálu nabídky.

## IX.

### ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

## X.

### POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen **doručit zadavateli** v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a to **nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům **prostřednictvím svého profilu** (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Martina Mikolášková, Oddělení právních věcí Fakultní nemocnice Brno.

## XI.

### LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

#### Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do **29. 11. 2013 do 10:00 hod.**

#### Místo:

- poštou doporučeně na adresu: 

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
- osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí - úsek veřejných zakázek, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

#### Otevírání obálek:

- Otevírání obálek proběhne dne **29. 11. 2013 v 13:00 hod.** v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
- Otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocnění k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevřením obálek.
- Komise, která otevírá obálky, kontroluje úplnost nabídky, tedy zda *a)* je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a *b)* je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne 7. 11. 2013

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno

#### Přílohy

Příloha č. 1 – Vzorový text čestného prohlášení

Příloha č. 2 – Vzorový text kupní smlouvy

Vyřizuje: Mgr. Martina Mikolášková, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: [martina.mikolaskova@fnbrno.cz](mailto:martina.mikolaskova@fnbrno.cz)