

Naše zn.: 2021/19332 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 2. 2021

Veřejná zakázka Defibrilátory

Vážení,

zadavatel obdržel dne 29. 1. 2021 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v příloze č. Příloha č. 5_tabulky pro zpracování nabídkové ceny požaduje vyplnit ve sloupci E Typ servisního úkonu a ve sloupci F Předepsaný počet servisních úkonů.

Účastník má v úmyslu se účastnit částí zakázky č. 2, 3 a 4. V části č. 2 a 3 nabídne defibrilátor včetně baterie a v části č. 4 defibrilátor bez baterie.

Vzhledem k tomu, že servisní úkon BTK se provádí v jiném časovém intervalu než výměna baterie, účastník žádá zadavatele o zvážení úpravy přílohy č. 5_tabulky pro zpracování nabídkové ceny, a to vložením samostatného řádku pro baterii pro část č. 2 a 3.

Účastník se domnívá, že takto upravená tabulka by výstižněji specifikovala celkové náklady na pozáruční servis.

Bude zadavatel tento požadavek akceptovat?

Odpověď:

Ano, zadavatel tento požadavek akceptuje a do zadávací dokumentace vkládá upravenou Přílohu č. 5 – tabulky pro zpracování nabídkové ceny (pro všechny části) s vloženým řádkem ve sloupci Typ servisního úkonu, a to „Předepsané výměnné kity a další materiál (akumulátory)“.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno