

Naše zn.: 2021/ 23056 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 2. 2021

Veřejná zakázka Defibrilátory

Vážení,

zadavatel obdržel dne 4. a 5. 2. 2021 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 5 Zadávací dokumentace tabulky pro zpracování nabídkové ceny požaduje v sloupci K uvést cenu za 80 hod provádění oprav bez DPH v Kč. Účastník se domnívá, že tento údaj je zavádějící, jelikož je součástí souhrnu celkových nákladů na pozáruční servis přístroje bez DPH v Kč. Účastník má to, že k určení tohoto servisního nákladu je dostačující údaj ve sloupci J, tzn. Cena za 1 hodinu provádění oprav bez DPH v Kč. Pro hodnotící kritérium je pak vyčíslena naprosto nereálná částka.

Tímto navrhuje zadavateli zvážit úpravu přílohy č. 5 tabulky pro zpracování nabídkové ceny.

Odpověď:

Zadavatel stanovil počet 80 hodin pouze pro účely porovnání nabídkových cen. Pro servisní smlouvu je důležitý údaj Cena za 1 hod provádění oprav, kterou je účastník povinen uvést do přílohy č. 1 servisní smlouvy.

V tomto směru zadavatel tedy nebude Přílohu č. 5 ZD - tabulky pro zpracování nabídkové ceny upravovat.

Dotaz č. 2:

Nově přidáný řádek 15 v příloze č. 5 Předepsané výměnné kity a další materiál (akumulátory) není započítán do celkové kalkulace (chybí ve vzorci).

Navrhujeme zadavateli úpravu přílohy č. 5 tabulky pro zpracování nabídkové ceny.

Odpověď:

*Zadavatel **upraví** vzorec pro výpočet celkových nákladů na pozáruční servis přístroje (sloupec L) tak, aby zahrnoval v jednotlivých oddílech nově přidané řádky.*

Dotaz č. 3:

Pravděpodobně chyba ve vzorci – počítá 80 hodin provádění oprav na každém přístroji, ne dohromady za všech 18ks.

Navrhujeme zadavateli úpravu přílohy č. 5 tabulky pro zpracování nabídkové ceny.

Odpověď:

Účastník vyplní do sloupce B název přístroje a do sloupce C počet kusů tohoto přístroje. Další údaje již vyplňuje za 1 přístroj. Tabulka sama ve sloupci L spočítá celkové náklady za uvedený počet přístrojů.

V tomto směru zadavatel tedy nebude Přílohu č. 5 ZD - tabulky pro zpracování nabídkové ceny upravovat.

Dotaz č. 4:

Za předpokladu, že zadavatel požaduje v části č. 3 v kupní smlouvě oddíl II., odstavec II.6. proškolení OZT techniků na defibrilátory a pozáruční servis si tedy bude nemocnice provádět ve vlastní režii, je cena za provádění BTK bezpředmětná. Započítává se do celkových nákladů za pozáruční servis a navyšuje nabídkovou cenu.

Navrhujeme zadavateli úpravu přílohy č. 5 tabulky pro zpracování nabídkové ceny.

Odpověď:

Cena za BTK není v části 3 bezpředmětná, neboť podle příslušné přílohy č. 1 k servisní smlouvě bude BTK prováděna v případě potřeby na objednávku.

V tomto směru zadavatel tedy nebude Přílohu č. 5 ZD - tabulky pro zpracování nabídkové ceny upravovat.

Přílohou tohoto vysvětlení bude upravená Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci – tabulky pro zpracování nabídkové ceny s opraveným vzorcem pro výpočet celkových nákladů na pozáruční servis přístroje (sloupec L)

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno