

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 3. 2021

Veřejná zakázka Operační stůl

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 3. 2021 dotazy, týkající se veřejné zakázky Operační stůl, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat operační stůl s polohováním nožní části v rozsahu $-100^{\circ}/+90^{\circ}$, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat operační stůl s polohováním nožní části v rozsahu $-100^{\circ}/+90^{\circ}$, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť. Jak je uvedeno v Technické specifikaci, která je součástí ZD, od číselně vyjádřených technických parametrů je možné se odchýlit o $\pm 10\%$, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz