

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II. a – část č. 34**dle § 217 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D. IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele. SC balónkový RX dilatační katetr s velmi nízkým profilem a platinovým značením.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Smlouva nebyla uzavřena

dle § 217 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

dle § 217 odst. 2 písm. c)**Účastník č. 1**

Účastník	BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
IČO:	62580698

Účastník č. 2

Účastník	Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Sídlo	Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha 5
IČO:	25635972

dle § 217 odst. 2 písm. d)

Účastník	BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
IČO:	62580698

Důvod vyloučení:	Na základě nabídky účastníka zadávacího řízení nebylo možné jednoznačně posoudit mj. to, zda nabízené zboží splňuje požadavek na katetr v průměru balonku 1,2 mm. Zadavatel proto dle § 46 odst. 1 zákona účastníka zadávacího řízení vyzval k objasnění, resp. doplnění nabídky. Účastník zadávacího řízení v reakci na tuto výzvu mj. uvedl: „<i>Konstatujeme, že standardem v oboru je uvádění průměrů PTCA katétrů tzv. po čtvrtinkách, tj. v hodnotách dělitelných 0,25. Výjimkou jsou pouze dedikované CTO katétry, kde nejmenší průměr řady odpovídá vždy aktuální hranici technologií, a tak se historicky vyvíjí i v krocích menších než 0,25mm. Aktuálně se však pohybuje již na úrovni 0,75 – 0,80mm, tedy příliš daleko na to, abychom uvedení hodnoty 1,2 místo obvyklých 1,25 chápali jako snahu o dosažení co nejmenší hodnoty, a ne jako překlep. Navíc zadavatel CTO katétry poptává v jiných částech aktuální soutěže, a i ostatní specifikace v této části, stejně jako předpokládané množství, odpovídají klasickému „working horse“ katéttru. Pokud však zadavateli skutečně šlo i v rámci kategorie „working horse“ o získání balonku s průměrem menším než 1,25mm konstatujeme, že nad rámec požadavku naše nabídka zahrnuje i provedení s průměrem 1,00mm, tedy s významně lepší hodnotou. Navíc toto provedení katéttru pak v rámci rozpětí pracovních tlaků lze naplnit i na průměr 1,20mm (viz přiložená tabulka RBP).</i>“ Z tohoto vyjádření účastníka zadávacího řízení nevyplývá, zda jeho nabídka požadavek, aby nabízené zboží splňovalo požadavek na katetr v průměru balonku 1,2 mm, splňuje. Účastník zadávacího řízení tedy na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona neobjasnil ani nedoplnil nabídku.
------------------	--

Účastník	Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Sídlo	Karla Engliša 3219/4, 150 00 Praha 5
IČO:	25635972
Důvod vyloučení:	Zadavatel v zadávací dokumentaci k uvedené části veřejné zakázky pro splnění technické kvalifikace stanovil dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu významných dodávek obsahujícím minimálně tři významné dodávky poskytnuté během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí pro uvedenou část veřejné zakázky za dobu 1 roku činit alespoň 1 500 000,- Kč. Účastník zadávacího řízení předložil seznam významných dodávek obsahující tři významné dodávky s finančními objemy za dobu 1 roku ve výši 676 951,- Kč, 2 689 200,- Kč a 1 345 813,- Kč. Účastníkem zadávacího řízení předložený seznam významných dodávek tedy nesplňuje kritérium stanovené zadavatelem dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

dle § 217 odst. 2 písm. e)

Smlouva nebyla uzavřena.

dle § 217 odst. 2 písm. f)

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

dle § 217 odst. 2 písm. j)

Zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení oba účastníky zadávacího řízení. Z tohoto důvodu v souladu s § 127 odst. 1) zrušil zadávací řízení.

dle § 217 odst. 2 písm. m)

Jedná se o dodávku obdobného zboží se stejným okruhem dodavatelů.

Zpráva zpracována dne:	19. 4. 2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	