

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO – 15.2.1 – Va/Du

Vaše zn.: -

V Brně 19. listopadu 2013

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka zdravotnické techniky v rámci akce „**FN Brno - Program podpory zdravotní péče – perinatologický program 2013“ v dílčím plnění A) - 4 ks Fototerapeutických přístrojů a B) - 2 ks fetálních monitorů – kardiotokeografů pro** Neonatologické oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny, a Gynekologicko-porodnickou kliniku Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Zadavatel umožňuje zájemcům podat nabídky i v dílčím plnění A) nebo B).

Medicínský účel: **fototerapie**: terapie nekonjugované novorozenecké žloutenky

Medicínský účel: **fetálního monitoru**: měření srdeční frekvence plodu, děložní aktivity včetně registrace pohybů plodu, se zabudovaným zapisovačem a digitálním ukazatelem naměřených hodnot

Zadavatel požaduje přístroje nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve používané.

Přístroje musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jejich uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního

zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy,
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
- návody k přístrojům v českém jazyce 1x na CD/DVD/flash disk ve formátu *.doc ev. *.pdf
- čestné prohlášení o tom, že dodávané zboží nemá negativní dopad na životní prostředí a splňuje požadavky ekologické šetrnosti

Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje.

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena za plnění **A)** a plnění **B)** v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklačního poplatku (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivních bezpečnostně technických kontrol v průběhu záruční doby.
- Zájemce též v nabídce uvede ceny jednotlivých nabízených položek včetně příslušenství, které je součástí nabídky, a to v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH v dílčím plnění dle bodu 1. Vymezení předmětu plnění.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována dle bodu 1. v českém jazyce a předložena v listinné formě v jednom originále a v jedné kopii a 1x na CD, vše bude vloženo do obálky označené slovy „Nabídka – „FN Brno - Program podpory zdravotní péče – perinatologický program 2013“ - Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky a obalu CD s návodem. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 26.11.2013 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu 3. NP lůžkového traktu – pavilón L, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lesya Dudchuková, tel.: 532 232 127

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

A) Fototerapeutický přístroj

- světelné spektrum mezi 400 až 550 nm
- fototerapeutický výkon min. 50 uW/cm²/nm
- ozařovaná plocha – cca 600x300 mm
- časovač
- monitor teploty pacienta
- alarm
- nastavitelná výška – mobilní stojan, cca 120 – 180 cm
- s minimálními provozními náklady a dlouhou životností zářiče (LED DIODY)
- možnost regulace výkonu a programování terapeutického režimu ošetřujícím personálem včetně idealizace polohy novorozence
- perioda PBTk maximálně 1 ročně
- Uveďte typ světelného zdroje, jeho dobu životnosti a cenu nového zdroje.
- Pro ověření splnění normy ČSN EN 60601-2-50 doložte k nabídce na CD návod k použití v ČJ

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 60601-1
- splnění normy ČSN EN 60601-2-50:2012
- napájení 230V / 50 Hz

B) Fetální monitor – kardiokardograf

Požadované vlastnosti:

Fetální monitor s neinvazivním měřením srdeční frekvence plodu, děložní aktivity včetně registrace pohybů plodu, se zabudovaným zapisovačem a digitálním ukazatelem naměřených hodnot.

Alarm u všech měřených parametrů.

Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími monitory Philips a centrálním gynekologickým monitorem Philips.

Zařízení bude dodáno kompletní včetně materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Konfigurace

- Snímání ozev plodů a děložních stahů u dvojčat
- Detekce pohybů plodu
- Měření srdečního tepu matky
- Vodotěsné sondy TOKO i US
- Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- Software v českém jazyce
- Přenos údajů do porodnického centrálního monitorovacího systému
- Vozík pod přístroj

Minimální technické parametry:

Ultrazvuk:

- Pulsní Dopplerův systém se směrovací funkcí
- Intenzita (hustota) $< 5 \text{ mW/cm}^2$
- Rozsah měření srdeční frekvence min. 50 - 210 BPM
- Přesnost min. $\pm 1 \text{ BPM}$ v rozsahu 100 - 180 BPM

Kontrakce:

- Rozsah měření min. 0 - 100 jednotek
- Citlivost min. 150g na plný rozsah
- Automatické nastavení nuly, kompenzace teplotního driftu

Zapisovač:

- Rozlišení tepové frekvence 1 BPM
- Rozlišení děložní aktivity 1 rel. jednotka
- Rychlost papíru 1, 2, 3 cm/min. a rychlý posuv
- Přesnost posunu $\pm 1\%$

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz