

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Oftalmologický operační mikroskop

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření kupní smlouvy na oftalmologický operační mikroskop.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Oftalmologický operační mikroskop, typ: OPMI LUMERA 700 - 2.352.000,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč

Uchazeč	Carl Zeiss spol. s r.o.
Sídlo	Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
IČ:	49356691
DIČ:	CZ49356691
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny

Uchazeč č. 1

Uchazeč	CMI s.r.o.
Sídlo	nám. Svatopluka Čecha 11, 101 00 Praha 10
IČ:	47117320
DIČ:	CZ47117320
Nabídková cena (bez DPH)	1.781.658 Kč

Uchazeč č. 2

Uchazeč	Carl Zeiss spol. s r.o.
Sídlo	Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
IČ:	49356691
DIČ:	CZ49356691
Nabídková cena (bez DPH)	2.352.000 Kč

Uchazeč č. 3

Uchazeč	Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
Sídlo	Račianská 12481/77/A, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČ:	46095969
DIČ:	CZ2023226777
Nabídková cena (bez DPH)	2.364.000 Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči

Uchazeč	CMI s.r.o.
Sídlo	nám. Svatopluka Čecha 11, 101 00 Praha 10
IČ:	47117320
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na xenonový světelný zdroj tím, že v nabídce uvádí, že přístroj disponuje LED nebo halogenovým osvětlením a na integrovaný keratoskop, tím, že z nabídky nelze posoudit, zda je keratoskop integrovaný či nikoli.

dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění****dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení**

Zpráva zpracována dne:	20. 11. 2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	