

Naše zn.: 2021/ 108760 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 1. 7. 2021

Veřejná zakázka Spektrální analytický systém (LC-MS)

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 6. 2021 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Chtěl bych vznést dotaz ke kolonovému termostatu. V ZD je uvedena stabilita termostatování kolon na $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$. Bude tolerována stabilita termostatování kolon v hodnotě $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat stabilitu termostatování kolon v hodnotě $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$.

Zadavatel současně v souladu s výše uvedeným upraví zadávací dokumentaci a prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno