

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705  
Bankovní spojení: 71234621/0100  
**Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO**  
www.fnbrno.cz

Brno 12. července 2012

## **Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu**

### **1. Vymezení plnění**

Předmětem plnění je dodávka **2 ks defibrilátoru** pro Interní gastroenterologickou kliniku ve specifikace **A)** a Interní kardiologickou kliniku ve specifikace **B)**, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle příloh.

Medicínský účel – obnova správné činnosti srdce.

### **2. Místo a doba plnění**

- Místem plnění je FN Brno, PMDV, IKK, IGEK
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče.

### **3. Podmínky pro plnění**

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV

### **4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

- Cenová nabídka bude zpracovaná s rozdělením dle bodu 1. Vymezení plnění
- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktura 90 dnů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

### **5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny**

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

## 6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena ve specifikaci **A) IGEK** a **B) IKK**.

## 7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení
- uzavřít smlouvu v dílčím plnění dle bodu 1. Vymezení plnění

## 8. Termín a způsob podání nabídky

do 27.7.2012.2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno  
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení  
Jihlavská 20  
625 00 Brno**

b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Defibrilátory - Neotvírat**“

## 9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení

## Přílohy :

Technická specifikace A) - IGEK - Hemodialýza

Technická specifikace B) - IKK - KJ

## **A) Interní gastroenterologickou kliniku**

Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s „inteligencí“ AED s velkým displejem a zapisovačem.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu, potřebného k prvnímu uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, elektrody atd.)

### **Požadavky na přístroj:**

- pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 250 J
- standartní defibrilační elektrody, s možností použití AED kabelu
- Ekg z 3 nebo 5-ti svodového kabelu
- měření SpO<sub>2</sub>
- zapisovač (min. 2 kanálový)
- zevní kardiostimulátor
- velký přehledný displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové hodnoty
- automatický test přístroje
- uveďte možnost dalšího rozšíření (např. EtCO<sub>2</sub>, NIBP, 12-ti svod. ekg ...)

### **Obecné požadavky na přístroj:**

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení: vestavěný akumulátor / 230V / 50 Hz

### **Další podmínky:**

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTk a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu \*.doc ev. \*.pdf)
- jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

## **B) Interní kardiologickou kliniku**

Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s parametry standartního monitoru s velkým displejem a zapisovačem.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, elektrody atd.)

### **Požadavky na přístroj:**

- pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 200 J
- standartní defibrilační elektrody pro dospělé a děti
- velký přehledný LCD (TFT) displej
- tříkanálový zapisovač
- Ekg z 3 nebo 5-ti svodového kabelu
- měření SpO<sub>2</sub>
- měření NIBP
- zevní kardiostimulátor
- automatický test přístroje

### **Obecné požadavky na přístroj:**

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení: vestavěný akumulátor / 230V / 50 Hz

### **Příslušenství:**

- transportní brašna

### **Obecné požadavky na přístroj:**

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

### **Další podmínky:**

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTk a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu \*.doc ev. \*.pdf)
- jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek