

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. 8. 2021

Veřejná zakázka Sterilizátory s vyvíječem páry

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 8. 2021 dotaz, týkající se veřejné zakázky Sterilizátory s vyvíječem páry, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V technických podmínkách je uvedeno, že využitelný objem horizontální sterilizační komory má být cca 600 litrů se čtverhranným vnitřním prostorem (na 6 velkých sterilizačních kontejnerů).
Náš dotaz zní: Nemělo by tam být na 8 velkých sterilizačních kontejnerů? Na 6 kontejnerů by postačoval sterilizátor o objemu cca 450 litrů.

Odpověď:

Požadujeme/preferujeme objem sterilizační komory 600 l z důvodu plánovaného rozšíření provozu po přestěhování do nové budovy v Bohunicích.

V souvislosti s pozdním uveřejněním této odpovědi bude lhůta pro podání nabídek prodloužena o 1 pracovní den na 30. 8. 2021.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno
v.z. Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
na základě pověření

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz