

Naše zn.: -  
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 8. 2021

## **Veřejná zakázka Sterilizátory s vyvíječem páry**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 8. 2021 dotaz, týkající se veřejné zakázky Sterilizátory s vyvíječem páry, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Na základě odpovědí na doplňující dotazy (ze dne 16. 8. 2021), kdy bylo sděleno, že do budoucna je plánováno parní sterilizátory, které jsou předmětem VZ, přestěhovat do nové budovy v Bohunicích, prosíme o sdělení zda vyhovuje řešení, kdy parní sterilizátory budou dodány jako 1 ks pravé provedení a 1 ks levé provedení, tak aby měly společný servisní prostor - toto řešení nutné s ohledem na celkovou šířku po demontáži stávajících sterilizátorů (358 cm)...

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že navržené řešení dodání 1 ks levého a 1 ks pravého provedení (se společným servisním prostorem) zadavateli vyhovuje.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.  
ředitel FN Brno  
v.z. Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA  
na základě pověření