

Naše zn.: -  
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 8. 2021

## **Veřejná zakázka Sterilizátory s vyvíječem páry**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 8. 2021 dotaz, týkající se veřejné zakázky Sterilizátory s vyvíječem páry, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Zadavatel požaduje příslušenství pro celkový 2 ks sterilizátorů - 2 ks transportní vozík a 2 ks zavážecí vozík.

Náš dotaz zní, zda by součástí dodávky neměly být 4 ks transportních vozíků tak, aby pro každý sterilizátor mohl být 1 ks na čisté straně a 1 ks na nečisté straně?

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že součástí dodávky mají být celkem 4ks transportních vozíků a 2ks zavážecích vozíků.

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.  
ředitel FN Brno  
v.z. Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA  
na základě pověření