

Naše zn.:
2021/134459/FNBrno -14.7 – DrŠ/Ha
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 8. 2021

Veřejná zakázka – Laparoskopická věž 4 K

Vážení, zadavatel obdržel dne 18. 8. 2021 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Laparoskopická věž 4K, ke kterým sděluje následující:

Dotaz 1

Zadavatel v bodě č. VII. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE uvádí: „Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- vyplněnou přílohu č. 5 – Technickou specifikaci Centra informatiky. Účastník je povinen vyplnit list Specifikace CI, Integrace + PACS, ZoKB a GDPR.
- blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace dle listu VZOR Komunikační schéma“

Dále zadavatel jakožto Přílohu č. 2 Kupní smlouvy přiložil Požadavky z oblasti informačních a komunikačních technologií, kde rovněž požaduje doplnit Blokové komunikační schéma.

Účastník po prostudování požadovaných technických parametrů uvádí, že pro splnění vypsanych technických parametrů není požadován žádný parametr pro zapojení poptávané Laparoskopické věže do IT systému/sítě zadavatele.

Účastník pro splnění technických parametrů nenabízí žádný přístroj, který je nutný pro plnohodnotné fungování laparoskopické věže zapojit do IT systému/sítě zadavatele. Z tohoto důvodu nemá účastník co vyplnit do přílohy č. 5. Dále nabízená technologie nemá jakoukoliv možnost zapojení do IT systému/sítě zadavatele.

Mohl by zadavatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti odstranit výše jmenované požadavky ze zadávací dokumentace?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požaduje integraci 4k věže na PACS, a tedy i kabelové připojení do datové sítě a je nutné vyplnit přílohu č. 5, která je součástí hodnocení zakázky.

Dotaz 2

Zadavatel v rámci požadované technické specifikace v bodě č. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY uvádí u položky Videolaparoskop, 1 ks požadavek: „hloubka ostrosti v intervalu min. 25 mm – 180 mm“. Zároveň uvádí následující: „Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).“

Účastník nabízí videolaparoskop s hloubkou ostrosti v intervalu 21 mm – 200 mm. Zboží tedy má daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot.

Mohl by zadavatel pro odstranění všech pochybností potvrdit, že je tímto požadovaný parametr splněn?

Odpověď:

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci u videolaparoskopu hloubku ostrosti v intervalu **min. 25 mm – 180 mm**. Zadavatel bude akceptovat hloubku ostrosti u videolaparoskopu v intervalu 21 mm – 200 mm v případě, že budou splněny všechny ostatní požadavky na videolaparoskop ze zadávací dokumentace.

Na základě této odpovědi nebude změněna zadávací dokumentace a nedojde k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno
v.z. Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
na základě pověření