

Naše zn.: 2021/ 141718 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. 9. 2021

Veřejná zakázka Anesteziologické přístroje pro KARIM

Vážení,

zadavatel obdržel dne 31. 8. 2021 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje elektronicky řízený ventilátor.

Uchazeč nabízí: Ventilátor s pneumatickým pohonem, jehož výhodou je aktivní zamezení vzniku hypoxické směsy bez zásahu personálu, tím že při úniku automaticky zvýší přísun kyslíku a průtok plynů.

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původních zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje absorbér CO₂ pro opakované použití s objemem náplně min. 1 l

Uchazeč nabízí absorbér CO₂ pro opakované použití s objemem náplně 800 ml. Absorbér s menší náplní rychleji reaguje na změnu plynů a směs anestetik v okruhu což je bezpečnější pro pacienta.

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původních zadávacích podmínkách.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láničková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz