

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II. a – část. č. 2

dle § 217 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČO: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii - aspirační katétr sloužící k odsávání krevních sraženin z koronárních tepen.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Viz příloha

dle § 217 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

dle § 217 odst. 2 písm. c)

Účastník č. 1

Účastník	TRANSKONTAKT-MEDICAL s. r. o.
Sídlo	Na Zatlanece 2174/5, 150 00 Praha
IČO:	45797803

Účastník č. 2

Účastník	MEDIFORM spol. s. r. o.
Sídlo	Olšová 1, 637 00 Brno
IČO:	49976770

dle § 217 odst. 2 písm. d)

Účastník	MEDIFORM spol. s. r. o.
Sídlo	Olšová 1, 637 00 Brno
IČO:	49976770

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 2 veřejné zakázky požadoval: „Aspirační katétr sloužící k odsávání krevních sraženin z koronárních tepen. Požadovány jsou velikosti 6F a 7F. Systém typu „Rapid Exchange“ Monorail. Kontrastní marker 3 mm od distálního konce. Atraumatická špička katétru. Lumen tvar elipsy – umožňuje rychlejší a efektivnější odsávání trombu, charakteristický tvar zjednodušuje nasávání větších kusů trombu. Rapid Exchange část dlouhá 25 cm – vysoce flexibilní a kryta hydrofilním povrchem. Kompatibilní s vodičem o velikosti 0,014“. Délka katétru 145 cm. Podpůrný stylet zlepšuje „pushabilitu“ a odolnost proti zalomení, délka styletu 126,5 cm. Minimální vnitřní lumen u 6F katétru 0,041“, u 7F katétru 0,053“. Aspirační kapacita (vody) u 6F katétru: 60 ml/45 s nebo 1,33 ml/s, aspirační kapacita (vody) u 7F katétru: 60 ml/22 s nebo 2,77 ml/s. Diametr distálního shaftu: u 6F katétru 1,7 mm, u 7F katétru 1,98 mm. Diametr proximálního shaftu: u 6F katétru 1,3 mm, u 7F katétru 1,6 mm.“

Nabízené zařízení velikosti 6F nesplňuje zadávací podmínky, neboť nesplňuje požadavek na diametr na diametr proximálního shaftu 1,3 mm. V důsledku této skutečnosti nabídka nesplňuje požadavky zadávací dokumentace.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky.

dle § 217 odst. 2 písm. e)

Účastník	TRANSKONTAKT-MEDICAL s. r. o.
Sídlo	Na Zatlane 2174/5, 150 00 Praha
IČO:	45797803
DIČ:	CZ45797803
Důvod výběru	Účastník splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.

dle § 217 odst. 2 písm. f)

Název	JI-MEDICAL a. s.
Sídlo	Na Zatlane 2174/5, 150 00 Praha
IČO:	28166507
DIČ:	CZ28166507

Zpráva zpracována dne:	16. 9. 2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	