

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II. a – část. č. 4

dle § 217 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČO: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii - zařízení insuflační (indeflátor) určené k dilataci balónových katetrů
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Viz příloha

dle § 217 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

dle § 217 odst. 2 písm. c)

Účastník č. 1

Účastník	IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994/138, 142 21 Praha
IČO:	28480830

Účastník č. 2

Účastník	BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha
IČO:	62580698

dle § 217 odst. 2 písm. d)

Účastník	BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha
IČO:	62580698

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 4 veřejné zakázky požadoval: „*Kompresivní zařízení radiální tepny. Požadovány jsou velikosti 24 cm a 29 cm s nastavitelným poutkem, sloužící k zástavě krvácení po transradiálních výkonech. Transparentní, se značkami umožňujícími přesné zaměření vpichu a přesné umístění bandáže. Dvoubalonková konstrukce umožňující precizní kompresi radiální tepny. Nominální objem vzduchu v bandáži 13 mL, maximální objem vzduchu 18 mL. Bezpečnostní stříkačka kompatibilní pouze s bandáží, zabráňující chybnému nástřiku vzduchu např. do zavaděče.*“

Na základě nabídky účastníka zadávacího řízení nebylo možné jednoznačně posoudit, zda nabízené zboží splňuje požadavek „*Nominální objem vzduchu v bandáži 13 mL*“. Zadavatel proto dle § 46 odst. 1 zákona účastníka zadávacího řízení vyzval k objasnění, resp. doplnění nabídky. Účastník zadávacího řízení v reakci na tuto výzvu uvedl, že „...výrobce informací o nominálním objemu neuvádí, výrobce poskytuje pouze informace o maximálním objemu a to 18ml.“ Účastník zadávacího řízení tedy na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona neobjasnil ani nedoplnil nabídku.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. b) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky.

dle § 217 odst. 2 písm. e)

Účastník	IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994/138, 142 21 Praha
IČO:	28480830
DIČ:	CZ28480830
Důvod výběru	Účastník splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.

dle § 217 odst. 2 písm. f)

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

Zpráva zpracována dne:	16. 9. 2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	