

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 9. 2021

Veřejná zakázka Monitorovací systém pro GPK II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23. 9. 2021 dotazy, týkající se veřejné zakázky Monitorovací systém pro GPK II, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 3, Technická specifikace, Monitory vitálních funkcí – kompaktní uvádí:
NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém

Dotaz:

Uchazeč se domnívá, že požadavek jednohadicového systému není opodstatněný a neumožňuje se zúčastnit předním světovým výrobcům. Bude zadavatel akceptovat dvouhadicové řešení, které navíc měří NIBP rychleji?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat měření NIBP dvouhadicovým systémem.

Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 3, Technická specifikace, Požadavky na SW uvádí:
podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy, IHE profilů a podpora web services pro napojení na integrační platformu a její služby (MPI, EHR) - popis služeb možné poskytnout na základě podepsané smlouvy NDA

Dotaz:

Znamená to, že součástí nabídkové ceny a instalace má být i SW, HW a implementace datových toků z monitorovacích systémů do systému nemocničního?

Odpověď:

Nemocnice nepožaduje speciální SW, pouze připravenost přístroje (tzv. otevřenost) na sběr takových údajů právě pro budoucí stav, kdy si takový SW nemocnice pořídí. Tzn., součástí nabídky by měly být veškeré licence, které umožní připojení přístroje na takový SW nemocnice, ať už pro sběr dat z přístroje nebo jeho případné ovládání.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno