

Naše zn.: 2021/194778/FNBRNO-15.2.1-Eg/Bě
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. prosince 2021

VZMR – Návštěvnícké pláště, ev. č. P21V00000226

Odpověď na dotazy

Dotaz č. 1:

a) Chtěli bychom zadavatele požádat o upřesnění poptávaného množství návštěvníckých plášťů.

Odpověď č. 1:

a) Zadavatel upřesňuje předpokládané orientační množství 86 500 ks. Bude se jednat o průběžné dodávky po dobu 6 měsíců, viz Příloha – Cenová tabulka.

Dotaz č. 2:

- a) V technické specifikaci uvádíte, že výrobek má splňovat směrnici 93/42/EHS o Zdravotnických prostředcích. Bude zadavatel akceptovat namísto toho normu 89/686/EHS o Osobních ochranných prostředcích?
- b) Dále prosím o informaci, zda zadavatel trvá na minimální gramáži 20g/m²? Budete tolerovat i gramáž ± 2 g/m²?

Odpověď č. 2:

- a) Zadavatel u návštěvníckých plášťů akceptuje normu o Osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS.
- b) Zadavatel trvá na min. gramáži 20g/m.

Dotaz č. 3:

- a) Chtěli bychom Vás požádat o bližší specifikaci Vámi požadovaném materiálu na veřejnou zakázku 2021/189395/FNBRNO – 15.2.1 – Eg/Bě „Návštěvnícké pláště“. Návštěvnícké pláště se vyrábí od PP = 17 g/m² ± 2 g/m², PE = 15 g/m² ± 2 g/m². Každý materiál má jiný ISO a certifikaci. Dodáváme do několika nemocnic a někde „Návštěvnícké pláště“ používají na COVID jednotkách. Tyto „Návštěvnícké pláště“ jsou vyrobené do 25 g/m² ± 2 g/m², PE = 25 g/m² ± 2 g/m², protože pláště nižší gramáže nelze certifikovat jako ochranný plášť. S materiálem s gramáží pod 25 g/m² ± 2 g/m², PE = 25 g/m² ± 2 g/m² je možné v akreditovaných laboratořích dosáhnout na EN ISO 22610 na ochranu třídu 1 (požadujete VE TŘÍDĚ 6), EN ISO 22612 a ochranou třídu 2 (požadujete VE TŘÍDĚ 3). Pokud požadujete vyšší ochranu, je potřeba použít na pláště vyšší gramáž použitého materiálu. Vyšší gramáž = vyšší cena.

Z dlouhodobých zkušeností, abychom co nejlépe ochránili naše zdravotníky, měl na pláště být použitý materiál minimálně 40gsm (+, -5gsm) PP 20gsm + PE 18 gsm +2 gsm tavné laminované. Pokud máte obavy, že budou pláště neprodyšné. Nemusíte, pláště mají certifikace prodyšnosti. Celkově jsme těchto plášťů prodaly ve statisících kusech a máme ověřeno, že jsou velmi příjemné i na dlouhé směny.

Velikost bakterie je obvykle 1 až 10 mikrometrů. Velikost viru je oproti tomu 1/10 až 1/100 velikosti bakterie. Tato malá velikost virů usnadňuje jejich průchodu dírkami v běžných ochranných oděvech. Námí nabízené ochranné pláště se osvědčily jako účinná bariéra i proti malým virům.

Je třeba zvážit a přesně definovat, jaký materiálu požadujete. Materiál PP = 17 g/m² ±2 g/m²/, PE = 15 g/m² ±2g/m² je s ochranou ve třídě I a 2, což na COVID jednotky nestačí.

Odpověď č. 3:

a) Tyto pláště nebudou využívány na COVID jednotkách.

U návštěvnických akceptujeme i normu na Osobní ochranné prostředky 89/686/EHS.

Trváme na min. gramáži 20g/m.

Zadavatel mění bod. 8 Termín podání nabídky, který je nově stanoven do 15. 12. 2021 do 10:00 hod..

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Žaneta Bělašková, tel. 532 232 588

Příloha:

Příloha – Cenová tabulka