

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/.../FNBRNO – 15.2.1 – Va/St
Vaše zn.: -

V Brně 23. prosince 2013

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka 3ks Operačních svítidel: A) 2ks pro Centrální operační sály I, Pracoviště medicíny dospělého věku, B) 1ks pro Centrální operační sály III, Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – osvětlení při operačním výkonu

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zájemce je oprávněn do vzorového textu smlouvy vložit svá vlastní ustanovení, nesmí tím však způsobit rozpor s jinými ustanoveními návrhu smlouvy ani měnit smlouvu v neprospěch zadavatele, a to zejména v ustanoveními týkajícími se platebních podmínek, dodacích podmínek, odpovědnosti za vady a sankcí. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- návod k přístroji na CD

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokument zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin); pozn.: Tento dokument je čistě informativní, požadovaný za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce.
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje
- podrobný popis veškerého příslušenství

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena za plnění **A)** a plnění **B)** v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validaci, kalibraci nebo jiné vstupní měření, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH dle bodu 1. Vymezení předmětu plnění.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – Operační světla - Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
- Krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- Návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy
- Doklady dle 3. bodu této výzvy
- Cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 10.1.2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu, 3. NP lůžkového traktu, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Martina Střechová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

A) 2ks Operačních svítidel pro COS I, PMDV

- 2 ks dvouramenné operační svítidlo – oba satelity se stejnými parametry
- min. jedno ze svítidel s přípravou pro připojení kamery do těla svítidla nebo na třetí rameno
- závěsný systém umožňuje rozšíření o třetí rameno se zobrazovacím monitorem (pokud již třetí rameno není součástí přípravy pro kameru)
- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140 000 lx pro každý satelit svítidla
- regulace intenzity osvětlení nastavitelná v rozsahu min. 60% - 100% max. intenzity u každého satelitu svítidla
- regulace intenzity osvětlení separátně pro každý satelit svítidla
- hloubka osvětlení v rozsahu min. 900 mm
- teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 – 4500 K (akceptujeme pevně danou i nastavitelnou)
- index podání barev Ra min. 95
- výškově stavitelná poloha satelitů svítidla
- úhel natočení satelitů svítidla 360 st., úhel otáčení ramen 330 st.
- životnost zdrojů světla min. 40 000 hodin
- plynulé nastavení průměru světelného pole
- ovládání přímo na svítidle a na ovládacím panelu na zdi (zapnutí/vypnutí, intenzita osvětlení)
- neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění
- min 10 ks resterilizovatelných rukojetí
- demontáž původního svítidla, montáž a uvedení do provozu dodaného svítidla

B) 1ks Operačních svítidel pro COS III, PDM

- dvouramenné operační svítidlo – hlavní svítidlo a satelit
- příprava pro připojení HD kamery do těla svítidla nebo na třetí rameno
- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 160 000 lx pro hlavní svítidlo
- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 130 000 lx pro satelitní svítidlo
- regulace intenzity osvětlení nastavitelná v rozsahu min. 60 % - 100 % maximální hodnoty u každého satelitu svítidla
- regulace intenzity osvětlení separátně pro každý satelit svítidla
- endomód příp. umožňuje regulaci intenzity osvětlení na 10 % maximální hodnoty
- plynulé nastavení průměru světelného pole v rozsahu min. 200 - 280 mm
- hloubka osvětlení v rozsahu min. 900 mm
- teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 – 4500 K (akceptujeme pevně danou i nastavitelnou)
- index podání barev Ra min. 95
- výškově stavitelná poloha satelitů svítidla
- úhel natočení satelitů svítidla min. 360 st., úhel otáčení ramen min. 330 st.
- životnost zdrojů světla min. 40 000 hodin
- ovládání přímo na svítidle a na ovládacím panelu na zdi (zapnutí/vypnutí, intenzita osvětlení)
- povrchová úprava umožňující snadnou, rychlou a účinnou desinfekci povrchu
- min 10 ks resterilizovatelných rukojetí
- demontáž původního svítidla, montáž a uvedení do provozu dodaného svítidla