

Naše zn.: 2021/ 198783 /FNBRNO - 15.2.1 – Eg/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 12. 2021

VZMR Anesteziologický přístroj, E - ZAK ev.č. P21V00000230

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 Technická specifikace „Zobrazení smyček spirometrie, uložení spirometrických smyček a jejich zpětné vyvolání“ Uchazeč se domnívá, že zadavatel měl tímto požadavkem na mysli monitorování plicní spirometrie a komplex měření parametrů plicní mechaniky také na kanyle pacienta. Je předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nespecifikuje způsob měření, proto bude akceptovat i navrhované řešení.

Tzn., že účastníkem navržené řešení je jednou z možností plnění.

Dotaz č. 2:

Dle požadavku technické specifikace „Kombinované ovládání ventilátoru pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou 15“ a ovládacími prvky na čelní straně přístroje“ a zvyku vedení anestezie se uchazeč domnívá, že obrazovka ventilátoru musí být na otočném rameni. Je naše domněnka správná?"

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Tzn., že účastníkem navržené řešení je jednou z možností plnění.

S pozdravem

Ing. Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel. 532 233 805