

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO - 15.2.1 – Va/St
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. ledna 2014

Odpověď na dotaz**Dotaz:**

v části B) 1 ks Operačních svítidel pro COS III, PDM zadavatel požaduje hloubku osvětlení v rozsahu min. 900 mm pro obě svítidla. Bude zadavatel akceptovat a plnohodnotně hodnotit pokud nabídneme u svítidla s intenzitou osvětlení 130 000 lx hodnotu hloubky osvětlení 600 mm a zároveň u svítidla s intenzitou osvětlení 160 000 lx hodnotu hloubky osvětlení 950 mm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel v technických parametrech jasně požaduje:

- oba satelity se stejnými parametry
- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140 000 lx pro každý satelit svítidla
- hloubka osvětlení v rozsahu min. 900 mm

Z dotazu plyne, že uchazeč zvažuje nabídnout dva rozdílné satelity, kdy navíc jeden z nich nesplňuje požadovanou hodnotu hloubky osvětlení.

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno