

Naše zn.: 2022/ 5126/FNBRNO - 15.2.1– Eg/Ha
Vaše zn.: -

V Brně dne 11.01.2022

Odpověď na dotaz k VZMR – Laboratorní digestoř ev. č. P22V0000001

Dotaz č.1:

Dle zadávací dokumentace - návrhu kupní smlouvy - má prodávající dodat zboží nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Náš dotaz zní: je zadavatel ochoten akceptovat dodací termín v délce 20 týdnů? My jako výrobce přístrojů nejsme, s ohledem na dodací lhůty komponent a materiálů, schopni garantovat kratší termín.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodací termín v délce 20 týdnů.

Dotaz č.2:

V technické specifikaci je požadováno: " Vodní vývěva pro bezpečné odsávání supertanantu do odpadu". Je tímto myšlená vodní vývěva jako elektrické zařízení, které bude umístěno v prostoru digestoře nebo postačí vodní vývěva skleněná/plastová k umístění na vodovodní kohoutek v digestoři?

Odpověď:

Zadavatel požaduje plastovou vodní vývěvu na vodovodní kohoutek s odsáváním do odpadu

Dotaz č.3:

Prosíme o popis napojovacího místa ke vzduchotechnice - průměr, vzdálenost od digestoře + nadřazený systém - ventilátor/frekvenční měnič, případně MaR. Jaký signál bude požadováno z digestoře posílat?

Odpověď:

Zadavatel požaduje novou digestoř jako náhradu za stávající, která je nyní připojená ke vzduchotechnice odtahovou hadicí s průměrem cca 25 cm. Ventilátor je spouštěný uživatelsky vypínačem na zdi - není nutný žádný spouštěcí signál z digestoře. Ventilátor (nebo vstupní otvor k ventilátoru) je umístěný ve stropě nad digestoři. Strop má výšku 275 cm.

Termín pro podání nabídky

Zadavatel současně mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 17.1.2022 do 11:00 hodin je nově **změněn na 21.1.2022 do 11:00 hodin.**

Zároveň zadavatel upravuje Přílohu č. 3 – Návrh kupní smlouvy bod č. III.1.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a veškeré doklady do **6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

mění na:

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a veškeré doklady **do 20 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127