

Naše zn.: 2022/ 6859 /FNBRNO - 15.2.1 – Eg/On

Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 1. 2022

VZMR: Mrazicí box pro ÚPA, E-ZAK ev.č. P22V0000005**Odpověď na vysvětlení dotazu****Dotaz č. 1:**

V technické specifikaci máte požadováno:
průchodka pro externí čidlo teploty-min.2

Náš dotaz: Je pro vás přípustné nabídnutí modelu, který má jednu průchodku Ø 40 mm pro externí čidlo – umístění z levé boční strany modelu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje model pouze s jednou průchodkou na externí čidlo-tedy je přípustná nabídka modelu který má jednu průchodku.

Dotaz č. 2:

Dále prosíme k vašemu požadavku:

Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

Náš dotaz: Prosíme o bližší specifikaci:

- jaké validace přístroje (v jakém rozsahu- proveden s teplotní mapou ano či ne, v kolika bodech požadujete měření (standard 3 body) a v jaké četnosti- tedy vstupní validace ano či ne, 1 x ročně v záruční době?

nebo jaké další ověření funkčnosti přístroje budete požadovat?

Odpověď na dotaz č. 2:

Validace pro splnění normy ISO nebude po dodavateli požadována (tento odstavec lze vyjmout z TS)

Dotaz č. 3:

Dále bychom požádali o úpravu bodu týkajícího se zapůjčení přístroje ve vašem znění:
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje

Naše zdůvodnění:

vzhledem k charakteru nabízeného přístroje prosíme na prodloužení lhůty v záruční době minimálně 7 dnů. Není možné držet skladem v ČR všechny náhradní díly k prodáváním modelům mrazáků..
Případná diagnostika, stanovení opravy a dále doprava vhodného náhradního dílu minimálně týden trvají..

V pozáruční době ovšem náhradní přístroj nemůžeme bez nároku za další úplatu poskytnout, stejně jako jsou z úplatu v pozáruční době všechny práce a náhradní díly.

Bylo by pro vás přípustné, tento bod upravit (i v návrhu ks) na následující znění?

Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 7 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky, pokud to charakter přístroje umožňuje.

Odpověď na dotaz č. 3:

Akceptujeme nabídku s prodlouženou dobou opravy na 7 dní a následného bezúplatného zapůjčení náhradního přístroje pouze v záruční době. Navrhované znění lze použít.

Dodavatel může pozměnit text smlouvy dle odpovědi na dotaz č. 3

Dále zadavatel mění bod č. 8. Výzvy k podání nabídek a prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 21. 1. 2022 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel. 532 233 805