

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO - 15.2.1 – Va/St
Vaše zn.: -

V Brně dne 8. ledna 2014

Odpověď na dotaz

Dotaz:

v části B) 1 ks Operačních svítidel pro COS III, PDM zadavatel požaduje hloubku osvětlení v rozsahu min. 900 mm pro obě svítidla. Bude zadavatel akceptovat a plnohodnotně hodnotit pokud nabídneme u svítidla s intenzitou osvětlení 130 000 lx hodnotu hloubky osvětlení 600 mm a zároveň u svítidla s intenzitou osvětlení 160 000 lx hodnotu hloubky osvětlení 950 mm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel v technických parametrech pro část B) 1 ks operačních svítidel pro COS III, PDM požaduje:

- dvouramenné operační svítidlo – hlavní svítidlo a satelit
- hloubka osvětlení v rozsahu min. 900 mm

přičemž požadovaná hloubka osvětlení platí pro každé svítidlo.

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Martina Střechová, tel. 532 232 674