

Naše zn.: 2021/8811/FNBRNO - 15.2.1– Eg/ Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. ledna 2022

Odpověď na dotaz - upozornění k VZMR – Laboratorní odstředivka II, ev. č. P22V00000002

Dotaz:

Zadavatel požaduje maximální rozměry centrifugy 35 x 45 x 30 (š x h x v) [cm].

Bude zadavatel akceptovat rozměry 36,7 x 45,5 x 30 cm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navýšení maximálního rozměru na 36,7 x 45,5 x 30 cm.

Termín podání nabídky

Zadavatel nemění termín pro podání nabídky. Termín je 20. 1. 2022 v 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Natálie Koubková, tel.: 532 233 640