

Naše zn.: 2022/ 9957 /FNBRNO - 15.2.1– Eg/Ha  
Vaše zn.: -

V Brně dne 18.01.2022

**Odpověď na dotaz č.2 k VZMR – Laboratorní odstředivka II ev. č. P22V0000002**

**Dotaz:**

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na: úložný prostor pod digestoří k uchování hořlavin a kyselin s odtahem. Skříňka dvoukřídlá integrovaná pod pracovní desku. Bohužel certifikovaná kombinovaná skříňka se vyrábí v min. šířce 1100 mm a pro tuto není dostatečný prostor pod pracovní deskou digestoře š. 1200 mm. Je možné tuto požadovanou kombinovanou skříňku nahradit skříňkou pouze na hořlaviny nebo pouze na kyseliny?

**Odpověď:**

Zadavatel při zachování původní šířky digestoře (120 cm) připouští použití skříňky na hořlaviny (pouze), preferuje však použití obou skříňek (nebo kombinované skříňky) a připouští větší šířku digestoře (153 cm).

Zadavatel současně mění bod 8. a termín pro podání nabídky z 21.1.2022 do 11:00 hodin je nově změněn na **27.1.2022 do 11:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127

Naše zn.: 2022/ 9957 /FNBRNO - 15.2.1– Eg/Ha